



Odpowiedzi na zapytania Wykonawców (1)

Dotyczy: dostawy dostawa narzędzi chirurgicznych (dot. unieważnionych pakietów nr 1a, 2 poz.32 postępowania w trybie przetargu nieograniczonego USK/DZP/PN-138/2017),

Na podstawie art. 38 ust. 1 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (t.jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) Zamawiający informuje, że wpłynęły do niego następujące zapytania i udziela wyjaśnień:

Pakiet 1a – Narzędzia chirurgiczne dla kardiochirurgii.

Lp.1 Prosimy o dopuszczenie mikroimadła bez nazwy własnej, szczęki poryte pyłem diamentowym, o dł. 180 mm, wykonanego ze stali nierdzewnej najwyższej jakości.

Prosimy o dopuszczenie znakowania narzędzia metodą elektrochemiczną.

Odpowiedź:

Brak zgody

Pakiet 2 – Narzędzia chirurgiczne dla UPS

Lp.32 Prosimy o dopuszczenie wziernika nosowego ze złączem nierozbieralnym, dł. trąbki 20mm, szer. końca trąbki 5 mm.

Prosimy o dopuszczenie znakowania narzędzi metodą elektrochemiczną

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza

Z upoważnienia Dyrektora
Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego
im. Jana Mikulicza – Radeckiego
we Wrocławiu

Zofia Widomska-Brycka

Jesteśmy po to, żeby leczyć, kształcić i rozwijać wiedzę medyczną