



Wrocław, 30.07.2018 r.

Nr sprawy: USK/DZP/PN-211/2018

Odpowiedzi na zapytania Wykonawców (1)

Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Jana Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu, jako Zamawiający w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu w ramach utworzenia oddziału realizującego stacjonarne świadczenia psychiatryczne dla dorosłych wraz z poradnią zdrowia psychicznego przy ul. Ludwika Pasteura 10 we Wrocławiu zgodnie z art. 38 ust 1, 2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) i pkt VII. 6 i 7 SIWZ informuje, że wpłynęły zapytania jednocześnie wyjaśniając, co następuje:

Zapytanie nr 1

Pakiet 7. :

Czy Zamawiający w związku z dużym obciążeniem zamówień u producenta na łóżka medyczne i szafki przyłóżkowe wydłuży czas realizacji do 12 tygodni?

Odpowiedź

Zgodnie z SIWZ

Zapytanie nr 2

Pakiet 7. :

Czy Zamawiający w związku z dużym obciążeniem zamówień u producenta na łóżka medyczne i szafki przyłóżkowe wydłuży czas realizacji do 14 tygodni?

Odpowiedź

Zgodnie z SIWZ

Zapytanie nr 3

Pakiet 7.

Czy Zamawiający w związku z dużym obciążeniem zamówień u producenta na łóżka medyczne i szafki przyłóżkowe wydłuży czas realizacji do 16 tygodni?

Odpowiedź

Zgodnie z SIWZ

Zapytanie nr 4

Pakiet 4. :

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania defibrylator gotowy do pracy o wadze 7,5 kg (z tyżkami dla dzieci i dorosłych i kompletem akumulatorów, wbudowany uchwyt do przenoszenia)?

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza również

Zapytanie nr 5

Pakiet 4. :

Czy Zamawiający dopuści do Zaoferowania defibrylator, który zapisuje 250 zdarzeń rozpoczynając zapis 10 sekund przed zdarzeniem i kończąc zapis 10 sekund po zdarzeniu w pamięci wewnętrznej dla 100 pacjentów bez zapisu głosu? Pragniemy zauważyć, że oferowane przez nas urządzenie ma również możliwość rozbudowy pamięci wewnętrznej o dostarczaną przez nas wraz z urządzeniem kartę pamięci SD co znacznie zwiększa możliwości przechowywania poszczególnych zdarzeń.

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza również

Jesteśmy po to, żeby leczyć, kształcić i rozwijać wiedzę medyczną



Zapytanie nr 6

Pakiet 4. :

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania akumulator 6,6 Ah?

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza również

Zapytanie nr 7

Pakiet 4. :

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania zasilanie akumulatorowe z czasem pracy: do 5 godzin ciągłego monitorowania EKG lub 200 defibrylacji z energią 200J?

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza również

Zapytanie nr 8

Pakiet 4. :

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania defibrylator z czasem ładowania akumulatora/ów do 5 godzin do pełnej pojemności? Pragniemy zauważyć, że Proponowane przez nas urządzenie posiada akumulator o pojemności 6,6 Ah co jest kilku krotnie większą pojemnością niż rozwiązanie wymagane (pkt. 17. Akumulator 1,4Ah)

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza również

Zapytanie nr 9

Pakiet 4. :

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania defibrylator z zakresem oporności pacjenta od 25 do 175 Ohm?

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza również

Zapytanie nr 10

Pakiet 4. :

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania defibrylator z wzmocnieniem sygnału EKG: 0,5;1,0;1,5;2,0;3,0 cm/mV?

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza również

Zapytanie nr 11

Pakiet 8. :

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie chłodziarki o wymiarach zewnętrznych (SxGxW) 676*730*1935mm, ale spełniające wymagania Zamawiającego w zakresie pojemności całkowitej i pojemności użytkowej?

Oferowane przez nas wartości wynoszą odpowiednio:

pojemności całkowitej -370L

pojemności użytkowej- 359L

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza chłodziarkę o wymiarach zew. (SxGxW) 676x730x1935 mm, pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ

Zapytanie nr 12

Pakiet 8. :

Prosimy o wyjaśnienie czy podane w pkt 15 max. Obciążenie półek :50 kg, podane jest dla 5 półek łącznie czy jednej?

Odpowiedź

Obciążenie podane dla jednej półki

Zapytanie nr 13

Pakiet 8. :

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie chłodziarki o maksymalnym obciążeniu jednej półki wynoszącym 15kg?

Jesteśmy po to, żeby leczyć, kształcić i rozwijać wiedzę medyczną



Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza max. obciążenie dla jednej półki 15 kg. Pozostałe wymagania zgodne z SIWZ

Zapytanie nr 14

Pakiet 8. :

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie chłodziarki o zużyciu energii, 1,71 kWh/24h?

Odpowiedź

Zamawiający wyraża zgodę

Zapytanie nr 15

Pakiet 8. :

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie chłodziarki z czynnikiem ekologicznym chłodniczym R290. Opisany w opisie przedmiotu zamówienia R600a podobnie jak R290 należą do grupy węglowodorów nasyconych HC-czyli ekologicznych.

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza chłodziarkę z czynnikiem ekologicznym chłodniczym R290. Pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ

Zapytanie nr 16

Pakiet 8. :

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie chłodziarki z jednostronnym, prawostronnym montażem drzwi?

Odpowiedź

Zgodnie z SIWZ

Zapytanie nr 17

Pakiet 8. :

W punkcie 20 opisu przedmiotu zamówienia, Zamawiający wymaga:

„harmonogram (częstotliwość) poszczególnych przeglądów oraz prac konserwacyjnych wraz ze szczegółowym wykazem czynności wykonywanych podczas przeglądów urządzenia, zgodnych z zaleceniami producenta, w tym wykaz części serwisowych zalecanych przez Producenta sprzętu do wymiany podczas przeglądu okresowego, instrukcji serwisowej oraz kodów serwisowych”

Prosimy o doprecyzowanie przedmiotu zamówienia w zakresie częstotliwości przeglądów chłodziarki. Część producentów nie określa jednoznacznie daty przeglądów i zakresu czynności jakie powinny być wykonane podczas przeglądów.

Odpowiedź

Zgodnie z SIWZ. Zamawiający wymaga przeglądu raz w roku w okresie gwarancji

Zapytanie nr 18

PAKIET nr 6

Prosimy o wydzielenie poz. nr 1 do odrębnego zadania.

Wydzielenie tej pozycji wpłynie znacząco na ilość oferentów i będzie stanowiło zwiększenie konkurencyjności, co wpłynie na wysokość ceny.

Odpowiedź

Zgodnie z SIWZ

Zapytanie nr 19

PAKIET nr 6

Załącznik nr 1 do Formularza cenowego dla pakietu nr 6, poz 6

Prosimy o dopuszczenie temperatury prania pasów o wysokości 90 st. C

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza temp. prania pasów w wysokości 90°, pozostałe wymagania jak w SIWZ

Jesteśmy po to, żeby leczyć, kształcić i rozwijać wiedzę medyczną



Zapytanie nr 20

PAKIET nr 1

Czy Zamawiający dopuści do przyjęcia i rozpatrzenia oferty konkurencyjnej na aparat do elektrowstrząsów o korzystniejszych cechach funkcjonalno-użytkowych, lecz o nieco odmienną szczegółową konfigurację niż opisany w SIWZ aparat Mecta (nazwę Zamawiający podał w Załączniku nr 1, punkt 19 Wykazu Parametrów Wymaganych i Oferowanych), a mianowicie :

1. Pkt.1 – aparat wyposażony w wyświetlacz cyfrowy i drukarkę 4-kanalową, zamiast ekranu dotykowego,
2. Pkt.2 – maksymalna, bezpieczna energia impulsu nie większa niż 188,8 J,
3. Pkt.3 – stała wartość maksymalnego natężenia prądu 900 mA,
4. Pkt.4 – zakres częstotliwości 10-140 Hz,
5. Pkt.5 – czas trwania impulsu 0,14-8 sek.
6. Pkt.6 – szerokość impulsu 0,25-1,5 msek,
7. Pkt.7 – monitorowanie i rejestracja sygnałów EEG, EKG i EMG na rejestratorze (drukarka) wbudowanym do aparatu,
8. Pkt.8 – monitorowanie na wydruku 4-ch kanałów: 2xEEG, EKG i EMG (zamiast OMS),
9. Pkt.12 – monitorowanie konwulsji poprzez rzeczywisty odczyt aktywności mięśniowej EMG,
10. Pkt.17 – pomiar i wizualizacja na wyświetlaczu oporności obwodu pacjenta, monitorowanie „w tle” podczas podawania impulsu, wydruk na raporcie badania oporności statycznej i dynamicznej,
11. Pkt.18 - wydruk na drukarce aparatu parametrów stymulacji po jej zakończeniu.
12. Pkt.19 – program do współpracy z komputerem, kompatybilny z oferowanym aparatem i systemem operacyjnym Windows – inny niż Mecta EMR,
13. Pkt.20 – interfejs użytkownika w postaci wyświetlacza cyfrowego wbudowanego w aparat i 1- go pokrętła nastawień wszystkich funkcji i wartości.

Proponowany aparat zaprojektowany został szczególnie starannie pod kątem maksymalnego uproszczenia skomplikowanych nastawień bezpiecznej i optymalnej energii bodźca zabiegowego i posiada program automatycznych nastawień parametrów stymulacji, dostosowanych do wieku pacjenta i rodzaju zabiegu (jedno lub dwustronnego).

Odpowiedź

Zgodnie z SIWZ

Zapytanie nr 21

PAKIET nr 3

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do postępowania kardiomonitorów fabrycznie nowych z datą produkcji min. listopad 2017 roku? Oferowane kardiomonitorzy będą posiadały najnowsze oprogramowanie dostępne dla danego modelu.

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza do postępowania kardiomonitorzy fabrycznie nowe z datą produkcji min. listopad 2017 r., które będą posiadały najnowsze oprogramowanie dostępne dla danego modelu (odpowiedź P. M. Karpińskiej)

Zapytanie nr 22

PAKIET nr 6

Poz. nr 1

Prosimy o dopuszczenie pasów na ramiona w rozmiarach:

M/L: 58 - 114 cm

XL: 105 - 145 cm

Odpowiedź

Zgodnie z SIWZ

Zapytanie nr 23

PAKIET nr 6

Załącznik nr 1 do Formularza cenowego dla pakietu nr 6

Pkt. 6

Jesteśmy po to, żeby leczyć, kształcić i rozwijać wiedzę medyczną



Prosimy o dopuszczenie pasów z możliwością prania w temperaturze 90°C

Odpowiedź

Zgodnie z SIWZ

Zapytanie nr 24

PAKIET nr 6

Załącznik nr 1 do Formularza cenowego dla pakietu nr 6

Pkt. 8

Prosimy o odstąpienie od wymogu trudnopalności pasów.

W przypadku wymagania pasów niepalnych, prosimy o dopuszczenie 5 kompletów do unieruchamiania rąk, 5 kompletów do unieruchamiania nóg oraz 2 kompletów na całe ciało pacjenta, składających się z unieruchomienia rąk, nóg, pasa brzuszego oraz unieruchomienia ramion (o wymiarach: M/L: 70-126 cm i XL: 109-165 cm)

Odpowiedź

Zgodnie z SIWZ

W związku z udzielonymi odpowiedziami na Wykonawcach ciąży obowiązek uwzględnienia odpowiedzi w treści oferty.

Pouczenie:

Wykonawcom przysługują środki ochrony prawnej określone w Dziale VI Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.)

Z upoważnienia Dyrektora
Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego
im. Jana Mikulicza – Radeckiego
we Wrocławiu

Zofia Widomska-Brycka
Z-ca Kierownika ds. Przetargów

Jesteśmy po to, żeby leczyć, kształcić i rozwijać wiedzę medyczną
