



L. Dz. USK/DZP/PN-373/2018

Wrocław, 2019-01-11

**Dotyczy: przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu medycznego jednorazowego użytku dla wszystkich oddziałów USK  
znak sprawy USK/DZP/PN-373/2018**

**Zamawiający zgodnie z art. 38 ust.1 ustawy Pzp udziela odpowiedzi na zadane pytania:**

Pakiet nr 12, pozycja nr 4

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rampy o poniższych parametrach :

Rampa wykonana z poliwęglanu odpornego na działanie tłuszczu i agresywnych leków. Przezroczysta na całej długości co pozwala wykryć ewentualność obecności pęcherzyków powietrza. Rampa wyposażona w 3 kraniki kodowane kolorystycznie z oznaczeniem kierunku przepływu. Rampa z oddzielnym drenem przedłużającym powleczonym wewnątrz polietylenem, chroniącym płyny przed absorpcją w ścianki drenu, o długości 150 cm (pakowane razem), wyposażona w zintegrowany uchwyt służący do mocowania na ramie łóżka lub stojaku. Sterylizowana tlenkiem etylenu. Nazwa firmy na rampie.

**Odp. Zgodnie z SIWZ.**

Pakiet nr 32, pozycja nr 3

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie igieł do nakłuć lędźwiowych w rozmiarze 22G/38mm

**Odp. Zgodnie z SIWZ.**

Pakiet nr 54, pozycja nr 1

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie sond w systemie Nutrisafe2 wykonanych z PVC, używanych aktualnie w Państwa placówce.

**Odp. Zamawiający dopuszcza.**

Z upoważnienia Dyrektora  
Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego  
im. Jana Mikulicza – Radeckiego  
we Wrocławiu

  
Magda Jellin

Kierownik Działu Zakupów i Zamówień Publicznych

*Jesteśmy po to, żeby leczyć, kształcić i rozwijać wiedzę medyczną*