



L. Dz. USK/DZP/PN-373/2018

Wrocław, 2019-01-11

**Dotyczy: przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu medycznego jednorazowego użytku dla wszystkich oddziałów USK
znak sprawy USK/DZP/PN-373/2018**

Zamawiający zgodnie z art. 38 ust.1 ustawy Pzp udziela odpowiedzi na zadane pytania:


Zadanie 1 poz.2

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o usunięcie w/w pozycji z pakietu, co umożliwi start renomowanemu dystrybutorowi produktów Ambu.

Odp. Zgodnie z SIWZ w Pakiecie nr 1 ofertę można składać na poszczególne pozycje.

Zadanie 1 poz.3

Prosimy o wyjaśnienie czy nie doszło do omyłki pisarskiej gdyż w w/w pozycji worki Ambu dla noworodków i niemowląt nie są wyposażane w pasek na dłoń z uwagi na mały rozmiar worka samorozprężalnego, dlatego prosimy Zamawiającego do odstąpienia od tego wymogu.



Odp. Zamawiający odstępuje.

Zadanie 1 poz.2,3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie resuscytatorów z trzyletnim terminem przydatności do użycia?

Odp. Zamawiający wyraża zgodę.

Zadanie 3 poz.9

Czy Zamawiający dopuści jako produkt równoważny maskę aerozolowa dla dorosłych z nebulizatorem i drenem, maska wykonana z delikatnego, medycznego, delikatnego PVC bez DEHP, ze szczelnie przylegającym mankietem zapewniającym komfort, wyprofilowanym zachyłkiem nosowym z blaszką, maska z otworami bocznymi, mocowana przy pomocy gumki, nebulizator 8 ml, skalowanie co 2 ml, dren o przekroju gwiazdkowym, mikrobiologicznie czystą?

Odp. Zgodnie z SIWZ.

Jesteśmy po to, żeby leczyć, kształcić i rozwijać wiedzę medyczną



Zadanie 3 poz.10

Czy Zamawiający dopuści jako produkt równoważny maskę aerzolowa dla dzieci z nebulizatorem i drenem, maska wykonana z delikatnego, medycznego, delikatnego PVC bez DEHP, ze szczelnie przylegającym mankietem zapewniającym komfort, wyprofilowanym zachyłkiem nosowym z blaszką, maska z otworami bocznymi, mocowana przy pomocy gumki, nebulizator 8 ml, skalowanie co 2 ml, dren o przekroju gwiazdkowym, mikrobiologicznie czystą?

Odp. Zgodnie z SIWZ.

Zadanie 3 poz.12

Czy Zamawiający dopuści jako produkt równoważny maskę do podawania tlenu dla dorosłych z workiem i drenem długości 200 cm, jednorazowego użytku, opakowanie pojedyncze, gwiazdkowy przekrój przewodu utrudniający przypadkowe zagięcie i odcięcie tlenu, maska wykonana z delikatnego, medycznego PVC bez DEHP, ze szczelnie przylegającym mankietem zapewniającym komfort, wyprofilowanym zachyłkiem nosowym z blaszką, mocowana przy pomocy gumki, mikrobiologicznie czysta?

Odp. Zgodnie z SIWZ.

Zadanie 38 poz.1

Czy Zamawiający dopuści filtr o bardzo wysokiej skuteczności filtracji bakteryjnej >99,9999% i skuteczności filtracji wirusowej >99,999% z barierą mechaniczną w postaci membrany filtracyjnej i metodzie filtracji ładunków elektrostatycznych, sterylny, o następujących parametrach: objętość oddechowa Vt 150-1500ml, poziom nawilżania 37mg H₂O przy Vt 500 ml, waga 35,6 g, opór przepływu przy 60l/min-2,14 cm H₂O, przestrzeń martwa 55 ml z portem kapno luer-lock z koreczkiem mocowanym na stałe, dodatkowo produkt pozbawiony jest szkodliwych ftalanów

Odp. Zgodnie z SIWZ.

Zadanie 38 poz.2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie produktu równoważnego, jakim jest filtr elektrostatyczny o skuteczności przeciwbakteryjnej 99,9999 %, p/wirusowej 99,999 % bez wymiennika ciepła i wilgoci, poziom nawilżania 32 mg H₂O/l przy VT=250 ml, bariera mechaniczna w postaci membrany filtracyjnej i elektrostatyczna metoda filtracji, przestrzeń martwa 88 ml, opory przepływu: przy 30l /min 0,5 cm H₂O, przy 60 l/min 1,3 cm H₂O, przy 90 l/min 2,3 cm H₂O, objętość oddechowa Vt 150-1500 ml, waga 23 g, filtr ze złączem prostym, sterylny, z portem kapno z zatyczką na uwięzi, dodatkowo produkt pozbawiony jest szkodliwych ftalanów.

Odp. Zgodnie z SIWZ.

Zadanie 42a

1. Czy zamawiający oczekuje aby maski krtaniowe były pozbawione wszystkich szkodliwych ftalanów (w tym DEHP, DBP, BBP, DIBP, DMEP, DIPP, DHNUP, DPP), które uwalniają się pod wpływem ciepła ludzkiego ciała, a nadmiar tych związków zwiększa ryzyko zachorowania na alergię, astmę, nowotwory, powodują także zaburzenia w pracy wątroby czy nerek, oraz wykazują negatywny wpływ na organizmy dzieci?

Odp. Zamawiający dopuszcza. Nie wymaga.

2. Czy zamawiający oczekuje maski w pełni bezpiecznej w środowisku MR co oznacza, że maska krtaniowa ma być pozbawiona wszelkich metalowych elementów, dzięki czemu nie będzie stwarzać dodatkowego ryzyka dla pacjenta podczas badania MR jak i nie będzie wpływać na jakość obrazowania?

Odp. Zgodnie z SIWZ.

3. Czy Zamawiający dopuści jako równoważną maskę krtaniową renomowanej firmy wykonaną z medycznego PCV o transparentnej konstrukcji z zabezpieczeniem w postaci mocno uwypuklonej kopuły zapobiegającej

Jesteśmy po to, żeby leczyć, kształcić i rozwijać wiedzę medyczną



wklinowaniu się nagłośni, ze wzmocnionym koniuszkiem mankietu nie podwijającym się podczas zakładania maski, ponadto szczelnie blokującym górny zwieracz przełyku, wygiętą zgodnie z budową anatomiczną gardła pod kątem około 70° przez co zakładanie maski jest dużo łatwiejsze, w rozmiarach 1,0-6,0, jednorazową, sterylną?

Odp. Zgodnie z SIWZ.

Zadanie 64

Czy Zamawiający oczekuje aby obwody oddechowe były pozbawione szkodliwych ftalanów, które uwalniają się pod wpływem ciepła ludzkiego ciała, a nadmiar tych związków zwiększa ryzyko zachorowania na alergię, astmę, nowotwory, powodują także zaburzenia w pracy wątroby czy nerek, oraz wykazują negatywny wpływ na organizmy dzieci?

Odp. Zgodnie z SIWZ.

Z upoważnienia Dyrektora
Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego
im. Jana Mikulicza – Radeckiego
we Wrocławiu


Magda Jellin

Kierownik Działu Zakupów i Zamówień Publicznych

Jesteśmy po to, żeby leczyć, kształcić i rozwijać wiedzę medyczną

