



L. Dz. USK/DZP/PN-373/2018

Wrocław, 2019-01-14

**Dotyczy: przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu medycznego jednorazowego użytku dla wszystkich oddziałów USK
znak sprawy USK/DZP/PN-373/2018**

Zamawiający zgodnie z art. 38 ust.1 ustawy Pzp udziela odpowiedzi na zadane pytania:

1) Pytanie dot. zadania nr 56, poz. 2

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie cewnika pooperacyjnego typu Dufour w rozmiarze CH18-CH24 , wykonanego ze 100% silikonu, z balonem w rozmiarze 50 ml dla cewnika CH 18, 60 ml dla cewnika CH 20, 70 ml dla cewnika CH 22 oraz 80 ml dla cewnika CH 24.

Odp. Zamawiający dopuszcza.

2) Pytanie dot. zadania nr 56, poz. 3

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie cewnika pooperacyjnego typu Couvelaire o długości 42 cm, wykonanego ze 100% silikonu, z balonem w rozmiarze 50 ml dla cewnika CH 18, 60 ml dla cewnika CH 20, 70 ml dla cewnika CH 22 oraz 80 ml dla cewnika CH 24.

Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Odp. Zamawiający dopuszcza.

3) Pytanie dot. zadania nr 56, poz. 7

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie cewnika urologicznego typu Nelaton bez zintegrowanej zatyczki trzeciego światła.

Odp. Zgodnie z SIWZ.

4) Pytanie dot. zadania nr 56, poz. 32

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie igły 3-częściowej do przezskórnej punkcji nerek o średnicy 1,3 mm (17,5G) i długości 200 mm, bez plastikowej kaniuli nałożonej na igłę. Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Odp. Zamawiający dopuszcza.

5) Pytanie dot. zadania nr 56, poz. 35

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zestawu do cystostomii w następującym składzie: metalowy, rozdzielalny trokar, cewnik Pigtail wykonany z poliuretanu, w rozmiarze CH 8 – CH 14 o długości 65 cm z otwartym zakończeniem, skalpel z trzonkiem plastikowym, zacisk regulujący przepływ moczu, zatyczka. Zestaw jest sterylny, jednorazowy, wszystkie elementy są kompatybilne ze sobą.

Odp. Zamawiający dopuszcza.

6) Pytanie dot. zadania nr 56, poz. 38

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie sterylnego zestawu do przezskórnej nefrostomii w składzie:

- kateter typu Pigtail w rozmiarze 9F (dł. 24 lub 34 cm), wykonany z poliuretanu, z jednodrożnym kranikiem regulującym przepływ moczu;

- igła punkcyjna dwuczęściowa piaskowana z wyraźnie widocznym szlifem w USG;

- przewodnik Lunderquista 0,035" o dł. 80 cm, z giętką 1,5 mm końcówką typu J;

- rozszerzadła (w zestawie jedno rozszerzadło bez rozrywalnej koszulki);

- uniwersalny łącznik luer lock z małym lejkiem.

W wymienionym zestawie cewnik jest idealnie dopasowany do drutu, dlatego nie ma potrzeby stosowania rozszerzadeł z rozrywalną koszulką.

Odp. Zgodnie z SIWZ.

7) Pytanie dot. zadania nr 78, poz. 3

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie igły do podawania botoksu w rozmiarze 23G, dł. 38 cm, bez regulacji wkłucia. Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Jesteśmy po to, żeby leczyć, kształcić i rozwijać wiedzę medyczną



Odp. Zamawiający dopuszcza.

8) Pytanie dot. zadania nr 21, poz. 1

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie igły do biopsji szpiku kostnego z regulowaną długością ostrza w zakresie 55-75 mm. Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.


Odp. Zamawiający dopuszcza, po spełnieniu pozostałych parametrów siwz.

9) Pytanie dot. zadania nr 74, poz. 1

Prosimy o dopuszczenie igły do aspiracji szpiku kostnego z mostka i talerza biodrowego z uchwytem typu młotek w rozmiarze 14-18G, długości 20-100 mm. Pozostałe wymagania bez zmian.

Odp. Zgodnie z SIWZ.

Z upoważnienia Dyrektora
Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego
im. Jana Mikulicza – Radeckiego
we Wrocławiu


Władysław Jellin

Kierownik Działu Zakupów i Zamówień Publicznych

Jesteśmy po to, żeby leczyć, kształcić i rozwijać wiedzę medyczną