



L. Dz. USK/DZP/PN-373/2018

Wrocław, 2019-01-14

**Dotyczy: przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu medycznego jednorazowego użytku dla wszystkich oddziałów USK
znak sprawy USK/DZP/PN-373/2018**

Zamawiający zgodnie z art. 38 ust.1 ustawy Pzp udziela odpowiedzi na zadane pytania:

Zadanie 3

Pozycja nr 4

1. Czy Zamawiający wymaga łącznika do podłączenia źródła tlenu uniwersalnego odpowiedniego dla aparatury wymagającej łącznika standardowego lub do aparatury wymagającej łącznika gwintowanego?

Odp. Zamawiający dopuszcza. Nie wymaga.

2. Czy Zamawiający oczekuje drenu tlenowego jednorazowego użytku o przekrój gwiazdkowym tak, jak w poniższych pozycjach tego zadania?

Odp. Zamawiający dopuszcza. Nie wymaga.

Poz. 9 -10

1/Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zestawu do nebulizacji z maską dla dorosłych wykonaną z PVC, z zaciskiem na nos umożliwiającym szczelne dopasowanie do anatomii twarzy pacjenta.

Odp. Zgodnie z SIWZ.

2/Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie czy wymaga nebulizatorów o pojemności 10 ml charakteryzującymi się przeciętna średnica cząsteczek aerozolu (MMAD) 2,21 µm oraz frakcją respirabilną (cząsteczki <5 µm) - 79,7%, parametry potwierdzone w badaniach producenta w zestawie dren z zakończeniem dedykowanym do podłączenia nebulizatora, kodowanym kolorystycznie barwą dyfuzora.

Odp. Zgodnie z SIWZ.

Poz.11 -12

1/Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie maski tlenowej wykonanej z medycznego PVC wolnej od szkodliwego ftalanu DEHP dla dzieci i dla dorosłych, z zaciskiem na nos umożliwiającym szczelne dopasowanie do anatomii twarzy pacjenta, maska wydłużona pod brodę, dren o przekroju gwiazdkowym zakończony łącznikiem umożliwiającym podłączenie do urządzeń wymagających łączników standardowych i gwintowanych

Odp. Zgodnie z SIWZ.

Poz. 12

Czy zamawiający oczekuje maski tlenowej z łącznikiem uniwersalnym do podłączenia aparatury wymagającej łącznika standardowego lub do aparatury wymagającej łącznika gwintowanego?

Odp. Zamawiający dopuszcza. Nie wymaga.

Zadanie 11 poz. 2, 3

Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie, czy Zamawiający wymaga aby igły do pena były kompatybilne ze wszystkimi penami dostępnymi na rynku?

Odp. Tak

Kompatybilność potwierdzona certyfikatem kompatybilności technicznej dołączonym do oferty.

Odp. Zgodnie z SIWZ.

Zadanie 13

Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy worki mają być dedykowane do systemu Flexi Seal Signal – systemu do kontrolowanej zbiórki stolca używanego w Państwie Płacówce.

Odp. Kompatybilne z systemem Flexi

Jesteśmy po to, żeby leczyć, kształcić i rozwijać wiedzę medyczną



Zadanie 42 Poz. 1

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie: Maska do podawanie tlenu typu Venturi, otwarta, wydłużona pod brodę, wykonana z miękkiego PVC, z aluminiowym zaciskiem na nos, gumką do mocowania z możliwością regulacji długości, dysze do niskiej i średniej koncentracji tlenu (24%-55%) kodowane kolorystycznie (dysza biała i niebieska), w zestawie adapter do podłączenia nawilzacza o wysokiej wydajności, z pierścieniem zapewniającym ciągłość przepływu, przestrzeń martwa o dł. 15 cm, dren o dł. 2,1m i przekroju gwiazdkowym, bez lateksu, biologicznie czysta, jednorazowego użytku.

Odp. Zgodnie z SIWZ

Pakiet 42 poz. 2

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie: Maska anestetyczna jednorazowego użytku z nadmuchiwaną poduszką twarzą z PCV, korpus maski oraz haczykowaty pierścień wykonane z poliwęglanu, silikonowy zawór skierowany pionowo w nosowej części maski, możliwość pracy w środowisku MRI, w rozmiarach wiekowych od 1-7 odpowiednio: noworodek / niemowlę / małe dziecko / dziecko / dorosły mały /dorosły średni / dorosły duży. Waga w (g) odpowiednio: 8/11/16/20/27/29/36 g. Dla roz 1 i 2 złącze 15 mm męskie oraz dla roz 3-7 złącze 22 mm żeńskie, rozmiary kodowane kolorem pierścienia, produkt mikrobiologicznie czysty, bez DEHP.

Odp. Zgodnie z SIWZ

Zadanie 42a

1/Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie maski krtaniowej jednorazowego użytku, sterylnej, rurka i mankiet wykonane z silikonu (rurka przezroczysta, mankiet nieprzezroczysty), z zabezpieczeniem w postaci uźebrowania chroniącego przed możliwością wklonowania nagłośni.

Odp. Zamawiający dopuszcza.

2/Czy zamawiający oczekuje maski bez zawartości lateksu, DEHP oraz bisfenolu (BPA) z oznaczeniami na opakowaniu jednostkowym?

Odp. Zamawiający dopuszcza. Nie wymaga.

3/Czy zamawiający oczekuje na rurce maski krtaniowej zaznaczone w cm oraz poziomą linią znaczniki głębokości położenia maski?

Odp. TAK

4/Czy zamawiający oczekuje aby na opakowaniu jednostkowym maski widniała graficzna instrukcja obsługi ?

Odp. Zamawiający dopuszcza. Nie wymaga.

5/Czy zamawiający wymaga Rozmiaru maski balonika kontrolnego oraz numerycznie na rurce, opakowaniu jednostkowym i baloniku kontrolnym?

Odp. Zamawiający dopuszcza. Nie wymaga.

6/ Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie sterylnej maski krtaniowej jednorazowego użytku, z PCV, bez uźebrowania, z kopułą maski o budowie chroniącej przed wklonowaniem nagłośni, z przezroczystym mankiem i rurką oddechową tworzącymi jedną całość, stabilizator uszczelnienia pomiędzy rurką i mankiem, ze wzmocnioną grzbietową częścią mankieta co chroni przed jego podwijaniem się w trakcie zakładania, z wbudowanym w ścianę rurki oddechowej na całej jej długości drenem do napełniania mankieta.

Odp. Zgodnie z SIWZ.

Pakiet 34 poz. 6

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie strzykawek o pojemności 2 ml.

Odp. Zgodnie z SIWZ.

Pakiet 34 poz. 11

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie strzykawek 3 częściowych o pojemności 20 ml.

Odp. Zgodnie z SIWZ.

Pakiet 44 Poz. 1

1. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie przyrządu typu Chemo Aide do rozpuszczania i pobierania leków z filtrem powietrza 0,2 mikrona, z portem dostępu chronionym białym koreczkiem na uwięzi, z możliwością stosowania do 72 godzin, o objętości wypełnienia całego systemu 0,27 ml.

Odp. Zgodnie z SIWZ.

Jesteśmy po to, żeby leczyć, kształcić i rozwijać wiedzę medyczną



2. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie przyrządu typu Chemo Aide do rozpuszczania i pobierania leków z filtrem powietrza 0,2 mikrona, z portem dostępu w postaci zaworu bezigłowego z gładką powierzchnią do dezynfekcji z możliwością stosowania do 7 dni lub 140 aktywacji, o objętości wypełnienia całego systemu 0,35 ml.

Odp. Zgodnie z SIWZ.

Pakiet 44 Poz. 5

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie aparatu do pobierania z zatyczką domykaną manualnie.

Odp. Zamawiający dopuszcza. Nie wymaga.

Pakiet 44 do poz. 1, 5, 8:

Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy filtr ma być wbudowany na całej swojej długości w część chwytłą przyrządu, nie wystający poza przekrój poprzeczny i podłużny.

Odp. Zgodnie z SIWZ.

Pakiet 44 Poz. 8

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie aplikatora do przygotowania o długości linii min. 5,5 cm, o objętości wypełnienia całego systemu 0,35 ml, z możliwością użycia 140 razy lub 7 dni, z płaską powierzchnią do dezynfekcji.

Odp. Zgodnie z SIWZ.

Pakiet 56 Poz.1

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie cewników typu Dufour, dwudrożnych, balon 50-80 ml, wykonanych z półtwardego lateksu silikonowanego, rozmiary CH 18-24.

Odp. Zamawiający dopuszcza. Nie wymaga.

Pakiet 56 Poz.2

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie cewników typu Dufour, 3-drożnych, balon 50-80 ml, wykonanych z silikonu pokrytego hydrożelem, rozmiary CH 18-24.

Odp. Zamawiający dopuszcza. Nie wymaga.

Pakiet 56 poz. 2

Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie czy oczekuje aby cewniki wykonane były z najbardziej biokompatybilnego materiału silikonu i były pokryte hydrożelem – co zmniejsza ryzyko uszkodzenia cewki pacjenta?

Odp. Zamawiający dopuszcza. Nie wymaga.

Pakiet 56 Poz.3

1. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie cewników typu Couvelaire, 3-drożnych, balon 50-80 ml, wykonanych z silikonu pokrytego hydrożelem, rozmiary CH 18-24

Odp. Zamawiający dopuszcza. Nie wymaga.

2. Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie czy oczekuje aby cewniki wykonane były z najbardziej biokompatybilnego materiału silikonu i były pokryte hydrożelem – co zmniejsza ryzyko uszkodzenia cewki pacjenta?

Odp. Zamawiający dopuszcza. Nie wymaga.

Pakiet 56 Poz. 8

1. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie cewników urologicznych typu Foleya ze 100% silikonu rozmiary CH 6-10 z przewodnicą oraz rozmiary CH12-24 bez przewodnicy.

Odp. Zamawiający dopuszcza. Nie wymaga.

2. Prosimy zamawiającego o doprecyzowanie czy oczekuje cewników wykonanych z najwyższej klasy silikonu umożliwiającego utrzymanie do 90 dni potwierdzonych na oryginalnym opakowaniu lub w instrukcji użycia.

Odp. Zamawiający dopuszcza. Nie wymaga.

Pakiet 56 Poz. 15

Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie czy oczekuje aby cewniki były skalowane co 1 cm i miały do wyboru przez Zamawiającego mandryn nylonowy gdy potrzebne jest miękkie rozwiązanie oraz metalowy mandryn gdy potrzebne jest sztywniejsze rozwiązanie?

Jesteśmy po to, żeby leczyć, kształcić i rozwijać wiedzę medyczną



Odp. TAK.

Pakiet 56 Poz. 35

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zestawów do cystostomii, zawierających : metalowy, rozrywany trokar, cewnik typu pigtail wykonany z poliuretanu, worek do odprowadzania moczu o pojemności 2000 ml, silikonową tulejkę do mocowania , rozmiary zestawu 8-14 Ch; zestaw sterylny, jednorazowy, wszystkie elementy kompatybilne ze sobą.

Odp. Zamawiający dopuszcza. Nie wymaga.

Pakiet 56 Poz. 36, 37, 38

1. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zestawów do dwustopniowej przezskórnej nefrostomii, bez rozszerzań, jednorazowego użytku, jałowy zawierających :

Igłę dwuczęściowa, rozmiar 18 G długość 20 cm, ostrze typu Chiba - zakończenie igły wzmacniające widoczność w USG

Prowadnicę typ Lündreğista (twarda) z bezpiecznym zakończeniem typu J;

Cewnik wykonany z poliuretanu, pokryty hydrożelem na odcinku do-nerkowym , z końcówką Pigtail, zakończenie dystalne typu Luer-lock, cewnik długość około 30 cm, 6 oczek drenujących

Łącznik do worka na mocz z kranikiem oraz mechanizmem obrotowym

Na opakowaniu 3 etykiety samoprzylepne

Rozmiary 8F / 9F / 10F

Odp. Zgodnie z SIWZ.

2. Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie, czy oczekuje zestawów z cewnikiem wykonanym z poliuretanu pokrytego z hydrożelem z końcem typu Pigtail lub Pigtail z balonem 2,5ml do wyboru przez Zamawiającego w zależności od potrzeby zastosowania.

Odp. Zgodnie z SIWZ.

Pakiet 67

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie szczotki o wymiarach 8 x 5 x 4 cm. Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pakiet 83 Poz. 1

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie przyrządu do grawitacyjnego podawania leków, bursztynowego z pięcioma portami bezigłowymi. Długość zestawu 220 cm, nad komorą kroplową 4 rozgałęzienia w postaci zastawek antyzwrotnych zabezpieczonych koreczkami, w części dystalnej port do dodatkowych dostrzyknięć, w postaci kranika trójdrożnego z zaworem bezigłowym z gładką powierzchnią do dezynfekcji z możliwością użycia do 7 dni lub 140 aktywacji. Na końcu linii zatyczka z filtrem hydrofobowym. Dren wykonany z PCV bez DEHP.

Odp. Zgodnie z SIWZ.

Pakiet 83 Poz. 2

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie przyrządu do grawitacyjnego podawania leków, bursztynowego z pięcioma portami bezigłowymi. Długość zestawu 220 cm, nad komorą kroplową 4 rozgałęzienia w postaci zastawek antyzwrotnych zabezpieczonych koreczkami, w części dystalnej port do dodatkowych dostrzyknięć, w postaci kranika trójdrożnego z zaworem bezigłowym z gładką powierzchnią do dezynfekcji z możliwością użycia do 7 dni lub 140 aktywacji. Na końcu linii zatyczka z filtrem hydrofobowym. Dren wykonany z PCV bez DEHP.

Odp. Zgodnie z SIWZ.

Pakiet 83 Poz. 3

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie przyrządu do grawitacyjnego podawania leków, bursztynowego z pięcioma portami bezigłowymi. Długość zestawu 215 cm, nad komorą kroplową 2 rozgałęzienia w postaci zastawek antyzwrotnych zabezpieczonych koreczkami, w części dystalnej port do dodatkowych dostrzyknięć, w postaci kranika trójdrożnego z zaworem bezigłowym z gładką powierzchnią do dezynfekcji z możliwością użycia do 7 dni lub 140 aktywacji. Na końcu linii zatyczka z filtrem hydrofobowym. Dren wykonany z PCV bez DEHP.

Odp. Zgodnie z SIWZ.

Jesteśmy po to, żeby leczyć, kształcić i rozwijać wiedzę medyczną



Pakiet 83 Poz. 4

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zestawu podłączeniowego, bursztynowego o długości 40 cm. W części nakłuwającej wbudowany adapter do podłączenia strzykawki, aktywowany zastawką on/off, który zamyka się automatycznie po odłączeniu strzykawki, co eliminuje ryzyko skażenia, zabezpieczona koreczkiem, objętość wypełnienia 3,6 ml, części dystalne zatyczka z hydrofobowa membraną oraz specjalne skrzydełka, które umożliwiają ergonomiczny chwyt i łatwe dokręcenie do rozgałęzienia linii wielodrożnej, dren z PCV bez DEHP, sterylny, pakowany pojedynczo.

Odp. Zgodnie z SIWZ.

Pakiet 83 Poz. 5

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zestawu podłączeniowego z filtrem bakteryjnym 0,2 mikrona z membraną nisko wiążącą białka. Zestaw bez odpowietrzenia na linii. Dren transparentny, wykonany z poliuretanu, o średnicy wewnętrznej 3 mm, i zewnętrznej 4,1 mm. Długość drenu 40 cm. Na końcu drenu męski adapter luer lock i zatyczka FlowStop z zintegrowaną hydrofobową membraną zapewniająca wewnętrzną sterylność, bez zastawki. W linii filtr o powierzchni filtracji 10 cm² i średnicy porów 0,2 um.

Odp. Zgodnie z SIWZ.

Pakiet 83 Poz. 6

1/Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie linii z 2 przeźroczystymi portami bezigłowymi z gładką powierzchnią do dezynfekcji, nie zawierające poliwęglanu, do wielokrotnego użycia 100 podań lub czas użycia 72 godz.) Linia o długości 25 cm, w części nakłuwającej kolec z odpowietrznikiem zamykanym kłapką i filtrem powietrza, na linii biały zacisk zatraskowy. Dren przeźroczysty, nie bursztynowy.

Odp. Zgodnie z SIWZ.

2/Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie linii z 2 zastawki antyzwrotnymi, które zapobiegają cofaniu się roztworu, dostępy zabezpieczone koreczkami. Linia o długości 15 cm, w całości bursztynowa, w części nakłuwającej kolec z odpowietrznikiem zamykanym kłapką i filtrem powietrza, na linii biały zacisk zatraskowy.

Odp. Zgodnie z SIWZ.

Pakiet 83 Poz. 7

1.Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie linii z 2 przeźroczystymi portami bezigłowymi z gładką powierzchnią do dezynfekcji, nie zawierające poliwęglanu, do wielokrotnego użycia 100 podań lub czas użycia 72 godz.) Linia o długości 25 cm, w części nakłuwającej kolec z odpowietrznikiem zamykanym kłapką i filtrem powietrza, na linii biały zacisk zatraskowy.

Odp. Zgodnie z SIWZ.

2.Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie linii z 2 zastawki antyzwrotnymi, które zapobiegają cofaniu się roztworu, dostępy zabezpieczone koreczkami. Linia o długości 15 cm, w całości bursztynowa, w części nakłuwającej kolec z odpowietrznikiem zamykanym kłapką i filtrem powietrza, na linii biały zacisk zatraskowy.

Odp. Zgodnie z SIWZ.

Pakiet 83 Poz. 8

1. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie linii z 4 przeźroczystymi portami bezigłowymi z gładką powierzchnią do dezynfekcji, nie zawierające poliwęglanu, do wielokrotnego użycia 100 podań lub czas użycia 72 godz.) Linia o długości 30 cm, w części nakłuwającej kolec z odpowietrznikiem zamykanym kłapką i filtrem powietrza, na linii biały zacisk zatraskowy, przyrząd pasujący do kolca standardowego zestawu infuzyjnego.

Odp. Zgodnie z SIWZ.

2.Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie linii z 2 zastawki antyzwrotnymi, które zapobiegają cofaniu się roztworu, dostępy zabezpieczone koreczkami. Linia o długości 15 cm, w całości bursztynowa, w części nakłuwającej kolec z odpowietrznikiem zamykanym kłapką i filtrem powietrza, na linii biały zacisk zatraskowy.

Odp. Zgodnie z SIWZ.

Z upoważnienia Dyrektora
Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego
im. Jana Mikulicza – Radeckiego
we Wrocławiu

Jesteśmy po to, żeby leczyć, kształcić i rozwijać wiedzę medyczną



UNIWERSYTECKI
SZPITAL KLINICZNY
WE WROCŁAWIU

Magda Jellin
Kierownik Działu Zakupów i Zamówień Publicznych

Jesteśmy po to, żeby leczyć, kształcić i rozwijać wiedzę medyczną

UNIWERSYTECKI SZPITAL KLINICZNY WE WROCŁAWIU
50-556 Wrocław, ul. Borowska 213, NIP 898-181-68-56
kancelaria: tel. (71) 733 12 00, fax (71) 733 12 09, e-mail kancelaria@usk.wroc.pl; www.usk.wroc.pl