



L. Dz. USK/DZP/PN-373/2018

Wrocław, 2019-01-10

**Dotyczy: przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu medycznego jednorazowego użytku dla wszystkich oddziałów USK
znak sprawy USK/DZP/PN-373/2018**

Zamawiający zgodnie z art. 38 ust.1 ustawy Pzp udziela odpowiedzi na zadane pytania:

Dotyczy Zadanie nr 31 Wklucia centralne Pozycja nr 2

1. Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o możliwość zaoferowania zestawów najwyższej jakości, wiodącego producenta, o następujących parametrach: Cewnik 2-światłowy do żył centralnych, zakładany met. Seldingera, 7 Fr/20 cm, światła: 14 x 18, system umożliwiający wprowadzenie przewodnika bez konieczności rozłączenia systemu igłastrzykawka, igła do kontroli ciśnienia w naczyniu, przewodnica 0,032"x60cm, igła punkcyjna 18G/6,35cm.

Odp. Zgodnie z SIWZ.

2. Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o możliwość zaoferowania zestawów najwyższej jakości, wiodącego producenta, o następujących parametrach: Cewnik 2-światłowy do żył centralnych, zakładany met. Seldingera, 7 Fr/20 cm, światła: 14 x 18, strzykawka 5ml Luer Slip, przewodnica 0,032"x60cm ze znacznikiem EKG, przewód EKG, igła punkcyjna echogeniczna 18G/6,35cm, skalpel.

Odp. Zgodnie z SIWZ.

Dotyczy Zadanie nr 31 Wklucia centralne Pozycja nr 4

1. Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o możliwość zaoferowania zestawów najwyższej jakości, wiodącego producenta, o następujących parametrach: Cewnik 3-światłowy do żył centralnych, zakładany met. Seldingera, 7 Fr/20 cm, światła: 16, 18, 18Ga, system umożliwiający wprowadzenie przewodnika bez konieczności rozłączenia systemu igłastrzykawka, igła do kontroli ciśnienia w naczyniu, przewodnica 0,032"x60cm, igła punkcyjna 18G/6,35cm.

Odp. Zgodnie z SIWZ.

2. Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o możliwość zaoferowania zestawów najwyższej jakości, wiodącego producenta, o następujących parametrach: Cewnik 3-światłowy do żył centralnych, zakładany met. Seldingera, 7 Fr/20 cm, światła: 16, 18, 18Ga, strzykawka 5ml Luer Slip, przewodnica 0,032"x60cm ze znacznikiem EKG, przewód EKG, igła punkcyjna echogeniczna 18G/6,35cm, skalpel.

Odp. Zgodnie z SIWZ.

Dotyczy Zadanie nr 36 Cewniki i zestawy do kaniulacji żyłnej i tętniczej Pozycja nr 19

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o możliwość zaoferowania zestawów najwyższej jakości, wiodącego producenta, o następujących parametrach:

Pediatriczny dwuświatłowy cewnik i.v. Wprowadzany metodą Seldingera wykonany z poliuretanu, widoczny w Rtg, o rozmiarze 4Fr, długość: 5cm, 8cm, 13cm – do wyboru (opak.handl.5szt.). Kanały 2x 22G. W zestawie: cewnik dwuświatłowy, metalowa igła do nakłucia 20-21G, przewodnik prosty 0,018"x45cm, rozszerzało tkankowe, dodatkowe skrzydełka do mocowania, bezpieczny skalpel, strzykawka 5ml Luer Slip.

Odp. Zgodnie z SIWZ.

Jesteśmy po to, żeby leczyć, kształcić i rozwijać wiedzę medyczną



Dotyczy Zadanie nr 38 Filtry jednorazowe poz.1

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o możliwość zaoferowania filtrów najwyższej jakości, wiodącego producenta, o znacznie lepszej skuteczności filtracji oraz wydajności nawilżania, ponadto o objętości martwej max 38ml, wadze max 32g, utracie wilgoci 6,77 mg H₂O/l przy Vt 500ml. Skuteczność filtracyjna względem NaCl $\geq 77,88$ zgodna z ISO 23328-1:2008. Pozostałe zgodnie z siwz. Filtr walidowany do prątków gruźlicy, HIV i wzw C; wolny od latex, PCV, ftalany;

Odp. Zgodnie z SIWZ.

Dotyczy Zadanie nr 38 Filtry jednorazowe poz.2

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o możliwość zaoferowania filtrów klasy HEPA 13, najwyższej jakości, wiodącego producenta, o skuteczności filtracji przeciwbakteryjnej 99,99999%, przeciwwirusowej 99,99999%, przeciwprątkowej 99,999%, o przestrzeni martwej 74,5 ml, wadze 37g. Pozostałe zgodnie z siwz. Filtr walidowany do prątków gruźlicy, HIV i wzw C; wolny od latex, PCV, ftalany;

Odp. Zgodnie z SIWZ.

Dotyczy Zadanie nr 42a Maski z zabezpieczeniem (pakiet)

1. Prosimy o potwierdzenie, że maski mają być bezpieczne w MRI.

Odp. Zgodnie z SIWZ.

2. Prosimy o potwierdzenie, że należy zaoferować maski wyposażone w zintegrowany monitor ciśnienia eliminujący przy tym potrzebę użycia manometru.

Odp. Zgodnie z SIWZ.

3. Prosimy o dopuszczenie możliwości zaoferowania masek o parametrach wyższych, tj. z mankietem wykonanym z silikonu, przezroczystą rurką oddechową z PCV, z zabezpieczeniem chroniącym przed możliwością zaklinowania nagłośni w postaci uźebrowania, ze zintegrowanym systemem monitorowania ciśnienia w mankiecie, rozmiar 1,0-6,0 jednorazowego użytku.

Odp. Zgodnie z SIWZ.

4. Prosimy o potwierdzenie, że należy zaoferować maski z zabezpieczeniem chroniącym przed możliwością zaklinowania nagłośni w postaci uźebrowania jak stanowi treść siwz.

Odp. Zgodnie z SIWZ.

Dotyczy Zadanie nr 49 Rurki dooskrzelowe

1. Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie możliwości oferowania rurek dooskrzelowych lewostronnych wykonanych z PVC, z dwoma niskociśnieniowymi mankietami uszczelniającymi kodowanymi kolorami, na rurce otwór murphy, linia RTG i dodatkowy znacznik RTG mankietów oraz podziałka centrymetrowa, w zestawie dodatkowo: dwa cewniki do odsysania, dwa łączniki kątowe obrotowe z podwójną zatyczką uszczelniającą, łącznik typu Y. Zestawy sterylne, jednorazowego użytku, pozbawione lateksu.

Odp. Zgodnie z SIWZ.

2. Czy Zamawiający w ramach jednej pozycji będzie oczekiwał zaoferowania rurek w pełnej rozmiarówce, tj. 26,28,35,37,39,41?

Odp. Zgodnie z SIWZ.

Z upoważnienia Dyrektora
Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego
im. Jana Mikulicza – Radeckiego
we Wrocławiu

Magda Jellin

Kierownik Działu Zakupów i Zamówień Publicznych

Jesteśmy po to, żeby leczyć, kształcić i rozwijać wiedzę medyczną