



Wrocław, 03.01.2019

Nr sprawy: USK/DZP/PN-389/2018

Odpowiedzi na zapytania Wykonawców (1)

Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Jana Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu, jako Zamawiający w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu jednorazowego niesterylnego wg pakietów 1 – 23 - powtórzenie zgodnie z art. 38 ust 1, 2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) i pkt VII. 6 i 7 SIWZ informuje, że wpłynęły zapytania jednocześnie wyjaśniając, co następuje:

Zapytanie nr 1

Pakiet 9

Poz. 1

Prosimy o wydzielenie poz. 1 do osobnego pakietu, co umożliwi wzięcie udziału w postępowaniu większej ilości wykonawców, a tym samym wpłynie korzystnie na konkurencyjność ofert.

Odpowiedź

Zgodnie z SIWZ

Zapytanie nr 2

Pakiet 9

Poz. 2

Prosimy o dopuszczenie elektrod o powierzchni 134 cm²

Odpowiedź

Zgodnie z SIWZ

Zapytanie nr 3

Pakiet 9

Poz. 4

Prosimy o wydzielenie poz. 4 do osobnego pakietu, co umożliwi wzięcie udziału w postępowaniu większej ilości wykonawców, a tym samym wpłynie korzystnie na konkurencyjność ofert.

Prosimy o dopuszczenie uchwytu z przewodem o długości 3 m

Odpowiedź

Zgodnie z SIWZ

Zapytanie nr 4

Pakiet 13

Prosimy o dopuszczenie rozmiaru 2,2x2,5 cm

Odpowiedź

Zgodnie z SIWZ

Zapytanie nr 5

Pakiet 13

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie Elektrody neanatologiczne renomowanej firmy CareFusion, przeziernie dla promieni RTG z kablami EKG rozmiar 2,2x2,2cm, zamiast 2x3 cm, op.= 3szt.

Odpowiedź

Zgodnie z SIWZ

Zapytanie nr 6

Dotyczy SIWZ i wzoru umowy:

Jesteśmy po to, żeby leczyć, kształcić i rozwijać wiedzę medyczną



Prosimy o zmianę drugiego zdania w §6 ust. 3 wzoru umowy na: „Korekty ilościowe nie mogą przekroczyć \pm 20% uzgodnionej ilości i spowodować zwiększenia określonej w § 6 ust. 1 wartości brutto zamówienia.”

Odpowiedź

Zapisy umowy pozostają bez zmian

Zapytanie nr 7

Dotyczy SIWZ i wzoru umowy:

Zwracamy się z prośbą o zmianę wysokości kar umownych w §11 ust. 1 wzoru umowy na 10% wartości brutto niewykorzystanej części pakietu/zadania. Naliczanie kary od wartości zrealizowanej już prawidłowo umowy jest nadużyciem.

Odpowiedź

Zapisy umowy pozostają bez zmian

Zapytanie nr 8

Dotyczy SIWZ i wzoru umowy:

Zwracamy się z prośbą o zmianę §11 ust. 2 wzoru umowy na następujący: „Za opóźnienie w dostarczeniu poszczególnych partii towaru Wykonawca zapłaci kary umowne w wysokości 0,5% wartości niezrealizowanego zamówienia za każdy dzień opóźnienia.”

Odpowiedź

Zapisy umowy pozostają bez zmian

Zapytanie nr 9

Dotyczy SIWZ i wzoru umowy:

Zwracamy się z prośbą o zmianę §11 ust. 4 wzoru umowy na następujący: „Naliczenie przez Zamawiającego kary umownej następuje przez sporządzenie noty księgowej wraz z pisemnym uzasadnieniem oraz terminem zapłaty.”

Odpowiedź

Zapisy umowy pozostają bez zmian

Zapytanie nr 10

Dotyczy SIWZ i wzoru umowy:

Prosimy o modyfikację § 7 ust. 1 wzoru umowy na: „Należność wskazana w § 6 będzie regulowana zgodnie z zamówieniami określonymi w § 3 umowy przelewem z konta Zamawiającego na konto Wykonawcy w nr w terminie **60 dni** licząc od daty otrzymania przez Zamawiającego wystawionej zgodnie z postanowieniami § 6 ust. 4 faktury VAT.”. Obecny zapis służy jedynie sztucznemu wydłużeniu terminu płatności poza wymogi stawiane w odpowiedniej ustawie.

Odpowiedź

Zapisy umowy pozostają bez zmian

Zapytanie nr 11

Dotyczy SIWZ i wzoru umowy:

Wnosimy o wykreślenie zapisu §11 ust. 7 jako niezgodne z zapisami ustawy Prawo Zamówień Publicznych (w przypadku utraty finansowania Zamawiający ma jedynie możliwość unieważnienia postępowania, a nie rozwiązywania umowy w trybie natychmiastowym).

Odpowiedź

Zapisy umowy pozostają bez zmian

Zapytanie nr 12

Dotyczy SIWZ i wzoru umowy:

Zwracamy się z prośbą o potwierdzenie, że w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT cena netto pozostanie bez zmian, zmianie ulegnie jedynie cena brutto proporcjonalnie do wprowadzonych zmian stawki podatku VAT.

Odpowiedź

Jesteśmy po to, żeby leczyć, kształcić i rozwijać wiedzę medyczną



Zapisy umowy pozostają bez zmian

Zapytanie nr 13

Pytanie do pakietu 9, poz. 1

Czy Zamawiający dopuści elektrody neutralne, jednorazowe, dzielone pow. 40 cm², dla noworodków ?
Elektrody dzielone są bezpieczniejsze i są kompatybilne z posiadanym przez zamawiającego sprzętem.

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza również

Zapytanie nr 14

Pytanie do pakietu 9, poz. 2

Czy Zamawiający dopuści elektrody neutralne jednorazowe, niedzielone o pow. 140 cm² ?

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza również

Zapytanie nr 15

Pytanie do pakietu 9, poz. 2

Czy Zamawiający dopuści elektrody neutralne jednorazowe, dzielone o pow. 140 cm² ?
Elektrody dzielone są bezpieczniejsze i są kompatybilne z posiadanym przez zamawiającego sprzętem.

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza również

Zapytanie nr 16

DOTYCZY PAKIETU NR 9 POZ.1

Czy Zamawiający dopuści elektrodę neutralną jednorazową, dzieloną, o powierzchni 31cm², dla noworodków ?

Odpowiedź

Zgodnie z SIWZ

Zapytanie nr 17

DOTYCZY PAKIETU NR 9 POZ.2

Czy Zamawiający dopuści elektrodę neutralną jednorazową, dzieloną, o powierzchni całkowitej 168cm², o powierzchni aktywnej 103cm², uniwersalną dla dzieci i dorosłych ?

Odpowiedź

Zgodnie z SIWZ

Zapytanie nr 18

DOTYCZY PAKIETU NR 9 POZ.3

Prosimy o sprecyzowanie czy Zamawiający ma na myśli elektrodę nożową jednorazową czy wielorazową ?

Odpowiedź

Zgodnie z SIWZ

Zapytanie nr 19

DOTYCZY PAKIETU NR 9 POZ.4

Czy Zamawiający dopuści uchwyt elektrochirurgiczny, jednorazowego użytku, sterylny z przełącznikiem dwu przyciskowym, z przewodem o dł. min. 3 m, z wtykiem 1-bolcowym typ Jack ?

Odpowiedź

Zgodnie z SIWZ

Zapytanie nr 20

Czy Zamawiający może określić producenta i model urządzenia z którym będą stosowane ustniki spirometryczne z filtrem antybakteryjnym i antywirusowym wraz z ustnikiem na nos?

Odpowiedź

Ustniki będą stosowane do urządzeń:

Jesteśmy po to, żeby leczyć, kształcić i rozwijać wiedzę medyczną



- *MasterScope firmy Jaeger*
- *Lungtest 1000 firmy Mes*

W związku z udzielonymi odpowiedziami na Wykonawcach ciąży obowiązek uwzględnienia odpowiedzi w treści oferty.

Pouczenie:

Wykonawcom przysługują środki ochrony prawnej określone w Dziale VI Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.).

Z upoważnienia Dyrektora
Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego
im. Jana Mikulicza – Radeckiego
we Wrocławiu

Magda Jellin
Kierownik Działu Zakupów i Zamówień Publicznych

Jesteśmy po to, żeby leczyć, kształcić i rozwijać wiedzę medyczną