



Wrocław, dnia 10 - 05 - 2019 r.

Nr sprawy: USK/DZP/PN-94/2019

Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Jana Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu, jako Zamawiający w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn: Dostawa materiałów do sterylizacji na podstawie art. 38 ust.1 pkt. 1), art. 38 ust. 2 i 4 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.) dokonuje zmiany treści wzoru umowy oraz informuje, że wpłynęły zapytania Wykonawców, jednocześnie wyjaśniając co następuje.

Pytanie nr 1 - Dotyczy Pakietu nr 2

Czy Zamawiający wymaga zgodnie z pkt. 4.6 normy PN EN 868-5, aby na każdym rękawie papierowo-foliowym nadrukowana była nazwa wytwórcy oraz znak handlowy?

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 2 - Dotyczy Pakietu nr 2

Czy Zamawiający wymaga aby oferowane rękawy, były zgodne z obowiązującymi normami PN EN 868-3 i 5 oraz PN EN ISO 11607, potwierdzone oświadczeniem wraz z wynikami badań wydanym przez niezależną jednostkę notyfikowaną? Opinia niezależnej jednostki gwarantuje, że oferowany produkt spełnia powyższe normy.

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 3 - Dotyczy Pakietu nr 2

Czy Zamawiający wymaga, aby rękawy papierowo-foliowe posiadały papier o gramaturze 70g/m², która korzystnie wpływa na wytrzymałość mechaniczną papieru?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wymaga ale dopuszcza również

Pytanie nr 4 - Dotyczy Pakietu nr 2

Czy Zamawiający wymaga rękawów papierowo-foliowych, które posiadają znak CE na etykiecie wewnątrz roli zgodnie z art. 11 ust. 8 Ustawy o Wyrobach Medycznych, który brzmi „zabronione jest umieszczanie znaków lub napisów, które mogą wprowadzać w błąd co do oznakowania znakiem CE lub numerem jednostki notyfikowanej”? Takie oznakowanie stosuje większość producentów rękawów papierowo-foliowych – wyklucza to ryzyko błędnego odczytania oznaczenia CE sterylizowanych wyrobów.

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 5 - Dotyczy Pakietu nr 4

Czy Zamawiający w poz. 1 i 2 dopuści do oceny wskaźnik chemiczny procesu sterylizacji parą wodną w postaci samoprzylepnej taśmy o szerokości 18mm i długości 55mb po odpowiednim przeliczeniu zapotrzebowania? Oferowana taśma jest wytrzymała na zerwania, wodoodporna, mocno przylegająca podczas procesu sterylizacji, łatwo usuwalna, bez pozostałości kleju, o wyraźnej zmianie zabarwienia.

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ

Jesteśmy po to, żeby leczyć, kształcić i rozwijać wiedzę medyczną

Pytanie nr 6 - Dotyczy Pakietu nr 4

Czy Zamawiający wymaga, aby wieloparametrowy paskowy wskaźnik chemiczny posiadał nadruk obecnie obowiązującej normy PN EN ISO 11140-1 oraz klasę?


Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ

POUCZENIE

Wykonawcy przysługują środki ochrony prawnej określone w Dziale VI Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.).

Informacji, w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, udziela Dział Zakupów i Zamówień Publicznych Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu, tel. 71 / 784 – 20 – 28, adres e-mail: ekomar@usk.wroc.pl

Z upoważnienia Dyrektora
Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego
im. Jana Mikulicza – Radeckiego
we Wrocławiu

Kierownik Działu Zakupów i Zamówień Publicznych