



Wrocław, 30.05.2019

Nr sprawy: USK/DZP/PN-133/2019

Odpowiedzi na zapytania Wykonawców (1)

Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Jana Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu, jako Zamawiający w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętów do sterylizacji dla Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu zgodnie z art. 38 ust 1, 2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986) i pkt VII. 6 i 7 SIWZ informuje, że wpłynęły zapytania jednocześnie wyjaśniając, co następuje:

Zapytanie nr 1

Część 1, Pozycja 1.: Czy Zamawiający wyraża zgodę na kontener 580x280x260mm bez automatycznego systemu plombowania, pozostałe parametry bez zmian.

Odpowiedź

Zgodnie z SIWZ. Jedyne kontenery z w/w zabezpieczeniem dają całkowitą pewność, że sprzęt prawidłowo przeszedł proces sterylizacji.

Zapytanie nr 2

Część 1, Pozycja 2.: Czy Zamawiający wyraża zgodę na kontener 580x280x200mm bez automatycznego systemu plombowania, pozostałe parametry bez zmian.

Odpowiedź

Zgodnie z SIWZ. Jedyne kontenery z w/w zabezpieczeniem dają całkowitą pewność, że sprzęt prawidłowo przeszedł proces sterylizacji.

Zapytanie nr 3

Część 1, Pozycja 3.: Czy Zamawiający wyraża zgodę na kontener 580x280x150mm lub 580x280x135mm bez automatycznego systemu plombowania, pozostałe parametry bez zmian.

Odpowiedź

Zgodnie z SIWZ. Jedyne kontenery z w/w zabezpieczeniem dają całkowitą pewność, że sprzęt prawidłowo przeszedł proces sterylizacji.

Zapytanie nr 4

Część 1, Pozycja 4.: Czy Zamawiający wyraża zgodę na kontener 285x280x135 bez automatycznego systemu plombowania, pozostałe parametry bez zmian.

Odpowiedź

Zgodnie z SIWZ. Jedyne kontenery z w/w zabezpieczeniem dają całkowitą pewność, że sprzęt prawidłowo przeszedł proces sterylizacji.

Zapytanie nr 5

Część 1, Pozycja 5.: Czy Zamawiający wyraża zgodę na kontener 310x190x65mm lub 310x190x80mm bez automatycznego systemu plombowania, pozostałe parametry bez zmian.

Odpowiedź

Zgodnie z SIWZ. Jedyne kontenery z w/w zabezpieczeniem dają całkowitą pewność, że sprzęt prawidłowo przeszedł proces sterylizacji.

Jesteśmy po to, żeby leczyć, kształcić i rozwijać wiedzę medyczną



W związku z udzielonymi odpowiedziami na Wykonawcach ciąży obowiązek uwzględnienia odpowiedzi w treści oferty.

Pouczenie:

Wykonawcom przysługują środki ochrony prawnej określone w Dziale VI Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986).

Z upoważnienia Dyrektora
Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego
im. Jana Mikulicza – Radeckiego
we Wrocławiu

Magda Jellin
Kierownik Działu Zakupów i Zamówień Publicznych

Jesteśmy po to, żeby leczyć, kształcić i rozwijać wiedzę medyczną