



Wrocław, 30.05.2019

Nr sprawy: USK/DZP/PN-133/2019

Odpowiedzi na zapytania Wykonawców (2)

Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Jana Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu, jako Zamawiający w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętów do sterylizacji dla Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu zgodnie z art. 38 ust 1, 2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986) i pkt VII. 6 i 7 SIWZ informuje, że wpłynęły zapytania jednocześnie wyjaśniając, co następuje:

**Zapytanie nr 1**

**Dot. pakietu nr 3**

Czy zamawiający dopuści do oceny tacę sterylizacyjną zgodną z wymogami Zamawiającego posiadającą uchwyt do pozycjonowania rozszerzacz Hegara o następujących parametrach: uchwyt na 27 narzędzi, ułożonych obok siebie, narzędzia od  $\Phi 1$  do  $\Phi 14$ mm o łącznej długości 298mm i wysokości 29mm?

**Odpowiedź**

***Zamawiający dopuszcza również.***

**W związku z udzielonymi odpowiedziami na Wykonawcach ciąży obowiązek uwzględnienia odpowiedzi w treści oferty.**

**Pouczenie:**

Wykonawcom przysługują środki ochrony prawnej określone w Dziale VI Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986).

Z upoważnienia Dyrektora  
Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego  
im. Jana Mikulicza – Radeckiego  
we Wrocławiu

**Magda Jellin**  
Kierownik Działu Zakupów i Zamówień Publicznych

*Jesteśmy po to, żeby leczyć, kształcić i rozwijać wiedzę medyczną*