



Wrocław, 21.08.2019 r.

Nr sprawy: USK/DZP/PN-284/2019

Odpowiedzi na zapytania Wykonawców (3)

Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Jana Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu, jako Zamawiający w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na **dostawę sprzętu bezpiecznego, jednorazowego do wykonywania procedur z naruszeniem ciągłości tkanek**, na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy PZP informuje, że wpłynęły zapytania jednocześnie wyjaśniając, co następuje:

Pakiet 1:

Pozycja 1

1. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie igły do iniekcji z zabezpieczeniem przed zakłuciem po użytkowaniu w postaci plastikowej osłonki aktywowanej poprzez nacisk kciukiem, zapewniające szczelne połączenie ze strzykawką, ramię jednoelementowe, w kolorze identyfikującym rozmiar igły zgodnie z kodem kolorystycznym, z ostrzem zorientowanym w kierunku osłony zabezpieczającej, która umożliwia iniekcje pod małym kątem oraz nie zasłania miejsca iniekcji, Rozmiary: 0.6 x 32 mm 0.7 x 32 mm; 0.8 x 25 mm; 0.8 x 40 mm; 0.9 x 25 mm; 0.9 x 40 mm- do wyboru przez zamawiającego.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

2. Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie, czy Zamawiający oczekuje aby osłona i nasadka były kodowane kolorystycznie zgodnie z normą ISO.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. Nie wymaga.

Pozycja 4

3. Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy nie zaszła oczywista omyłka i Zamawiający oczekuje tej igły do pobierania leku z filtrem 5 mikronów 18G (1,2 mm x 40 mm) oraz 18G (1,2 mm x 50 mm) do wyboru przez Zamawiającego, oraz igły tej bez filtra 18G (1,2 mm x 25 mm)?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga tylko igły **18G (1,2 mm x 40 mm)**

Pozycja 5

4. Prosimy zamawiającego o dopuszczenie bezpiecznych strzykawek do podawania insuliny, z mechanizmem nieodwracalnie chowającym igłę w cylindrze 29G 1,2-0,33mmx12,5mm, sterylna.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. Nie wymaga.

Pouczenie:

Wykonawcom przysługują środki ochrony prawnej określone w Dziale VI Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm)

Z upoważnienia Dyrektora
Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego
im. Jana Mikulicza – Radeckiego
we Wrocławiu

Magda Jellin
Magda Jellin

Kierownik Działu Zakupów i Zamówień Publicznych

Jesteśmy po to, żeby leczyć, kształcić i rozwijać wiedzę medyczną