



L. Dz. **USK/DZP/PN-344/2019**

Wrocław, 18.09.2019 r.

**Do Wykonawców uczestniczących
w postępowaniu**

Dotyczy: dostawy sprzętu na potrzeby Centrum Chorób Serca w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym przy ul. Borowskiej 213 we Wrocławiu wg pakietów 7, 11 – 17, 20 i 21 – II tura, nr sprawy: USK/DZP/PN-344/2019

Zamawiający zgodnie z art. 38 ust. 1 ustawy Pzp udziela odpowiedzi na zadane pytanie:

Dotyczy: Pakiet 16 – Wózek medyczny – zabiegowy – 2 szt.

Pyt. 1

Czy (w pkt. 1) Zamawiający dopuści wózek posiadający wymiary (bez wyposażenia dodatkowego): długość 720 mm, głębokość 610 mm, wysokość od podłoża do blatu 1000 mm?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pyt. 2

Czy (w pkt. 2) Zamawiający dopuści wózek posiadający wymiary szafki: długość 650 mm, głębokość 550 mm, wysokość od podłoża do blatu 1000 mm?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pyt. 3

Czy (w pkt. 4) Zamawiający dopuści wymiary powierzchni użytkowej szuflady:

- przy wysokości frontów 3x150 mm: 450 x 450 x 150 mm (szerokość x głębokość x wysokość),
- przy wysokości frontów 1x225 mm: 450 x 450 x 225 mm (szerokość x głębokość x wysokość)?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pyt. 4

Czy (w pkt. 6) Zamawiający dopuści wózek posiadający szafkę i szuflady wykonane ze stali lakierowanej proszkowo, fronty i uchwyty szuflad wykonane z tworzywa, kolorystyka uchwytów szuflad do wyboru (6 kolorów do wyboru z palety kolorów producenta)?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pyt. 5

Czy (w pkt. 7) Zamawiający dopuści blat szafki wykonany z tworzywa ABS, z pogłębieniem, otoczony z 3 stron bandami o wysokości 75 mm?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuszcza.

Jesteśmy po to, żeby leczyć, kształcić i rozwijać wiedzę medyczną



Pyt. 6

Czy (w pkt. 9) Zamawiający dopuści wózek wyposażony w wysuwany blat boczny wykonany z tworzywa, o wymiarach 360 x 360 mm?

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ.

Pyt. 7

Czy (w pkt. 10) Zamawiający dopuści wózek posiadający ergonomiczne uchwyty szuflad, zintegrowane z frontami, umieszczone na całej szerokości szuflady?

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ.

Pyt. 8

Czy (w pkt. 11) Zamawiający dopuści wyposażenie dodatkowe wózka:

- 1 szyna instrumentalna do zawieszania wyposażenia dodatkowego, wykonane ze chromowanej, narożniki zabezpieczone i zintegrowane z korpusem wózka
- 3 x tworzywowa, uchylna kuweta na akcesoria mocowana z boku wózka
- 1 x pojemnik na odpady z tworzywa z pokrywą otwieraną kolaniem
- 1 x uchwyt na pudełko rękawiczek, stalowy lakierowany proszkowo o wymiarach 140 x 195 x 215 mm
- blat górny / roboczy posiadający wyprofilowane brzegi służące jako uchwyty do przetaczania?

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ.

Pyt. 9

Czy (w pkt. 12) Zamawiający dopuści wózek, w którym akcesoria są mocowane bezpośrednio do korpusu wózka lub nad blatem roboczym wózka do specjalnego stelaża na akcesoria?

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ.

Pyt. 10

Czy Zamawiający dopuści stymulator zewnętrzny jeżeli Oferent nie dostarczy instrukcji serwisowej?

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ.

Pyt. 11

Czy Zamawiający uzna ofertę za spełniającą wymóg umowy, jeżeli Oferent nie wykaże dostawców części zamiennych w sytuacji, gdy uszkodzone urządzenia trafiają bezpośrednio do centrum serwisowego Oferenta poza granicami kraju i tam są naprawiane bądź wymieniane?

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ.

Pyt. 12

Czy Zamawiający wyrazi zgodę, co do warunków umowy, aby okres, o którym mowa poniżej (§ 3 ust. 12 umowy w brzmieniu: „Po upływie okresów gwarancji i/ lub rękojmi Wykonawca zapewnia odpłatny dostęp do wszystkich części zamiennych i materiałów zapewniających prawidłowe funkcjonowanie sprzętu przez okres nie krótszy niż 10 lat od daty dostawy sprzętu”) wynosił 7 lat a nie 10 lat?

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ.

Jesteśmy po to, żeby leczyć, kształcić i rozwijać wiedzę medyczną



Pyt. 13

Czy Zamawiający zaakceptuje 7 - letni okres serwisowania?

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ.

Pyt. 14

Zgodnie z treścią § 4 ust. 17 umowy: „Wykonawca gwarantuje Zamawiającemu pełen zakres odpłatnej obsługi pogwarancyjnej w Polsce przez serwis firmy producenta w okresie co najmniej 10 lat od daty dostawy”. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na 7 a nie 10 lat?

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ.

Pyt. 15

Zgodnie z treścią § 4 ust. 18 umowy: „Wykonawca zobowiązuje się do przeprowadzenia wszelkich modyfikacji dostarczonego sprzętu, w tym oprogramowania, a wymaganych przez producenta aparatury lub przepisy prawa, niezwłocznie na swój koszt w okresie co najmniej 10 lat od daty dostawy”. Czy Zamawiający uzna w tym przypadku okres 7 – letni?

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ.

Dotyczy: Pakiet 11 – Stolik Mayo operacyjny – 4 szt.

Pyt. 16

Czy Zamawiający, wyposażony zamiast stabilnej podstawy w kształcie litery Y, dopuści stół Mayo operacyjny wyposażony w podstawę w kształcie litery T? W ocenie zadającego pytanie zaproponowana podstawa jest równie stabilna i funkcjonalna, ponieważ zapewnia instrumentarzyście swobodny i łatwy dostęp do blatu z każdej strony bez konieczności manewrowania stołem. Technologia wykonania podstawy zgodnie z oczekiwaniami Zamawiającego.

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pyt. 17

Czy Zamawiający dopuści stół Mayo operacyjny z zakresem regulacji wysokości 960 - 1330 mm? W ocenie zadającego pytanie wykonanie stołu z zakresem regulacji wymaganym w SIWZ tj. 750-1350 mm jest technologicznie niemożliwe. Na rynku nie są dostępne stoły o wskazanym przez Zamawiającego zakresie. Z uwagi na powyższe, czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie regulacji wysokości stołu w zakresie 960 - 1330 mm, który jest powszechnie stosowany i dostępny na rynku, jednocześnie dostosowany do ergonomicznej pracy instrumentarzysty?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuszcza.


Jesteśmy po to, żeby leczyć, kształcić i rozwijać wiedzę medyczną



Dotyczy: Pakiet 12 – Stolik zabiegowy, dwublatowy, mobilny – 1 szt.

Pyt. 18

Czy Zamawiający dopuści stolik zabiegowy wyposażony w uchwyty do prowadzenia, umieszczone po obu stronach stolika, na jego krótszych bokach (uchwyty skierowane ku górze, stanowiące stały element konstrukcji wózka)? Zdjęcie poglądowe oferowanego rozwiązania poniżej:




Zdjęcie poglądowe

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ.

Pyt. 19

Czy Zamawiający dopuści stolik zabiegowy wyposażony dodatkowo w dwie szyny instrumentalne umieszczone na krótszych bokach wózka, nie zwiększające jego objętości, stanowiące stały element konstrukcji wózka? Szyny te umożliwiają doposażenie wózka w przyszłości o akcesoria dodatkowe. Zdjęcie poglądowe oferowanego rozwiązania poniżej:



Zdjęcie poglądowe

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ.

Jesteśmy po to, żeby leczyć, kształcić i rozwijać wiedzę medyczną



Pyt. 20

Czy Zamawiający dopuści stół zabiegowy o szerokości całkowitej 1150 mm? W ocenie zadającego pytanie Zaoferowany parametr zapewni możliwość łatwiejszego manewrowania stoikiem.

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ.

Pyt. 21

Czy Zamawiający dopuści stół zabiegowy o głębokości całkowitej 500 mm? W ocenie zadającego pytanie Zaoferowany parametr nieznacznie różni się od zapisów SIWZ, jednocześnie zapewniając lepszą mobilność oraz zwrotność stoika.

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ.

Pyt. 22

Czy Zamawiający dopuści stół zabiegowy wyposażony w koła o średnicy 100 mm? W ocenie zadającego pytanie parametr ten nieznacznie różni się od zapisów SIWZ, nie wpływając jednocześnie na funkcjonalność wózka.

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ.

Dotyczy: Pakiet 21 – Stół zabiegowy, dwublatowy, mobilny – 2 szt.

Pyt. 23

Czy Zamawiający dopuści stół zabiegowy wyposażony w uchwyty do prowadzenia umieszczone po obu stronach stoika, na jego krótszych bokach (uchwyty skierowane ku górze, stanowiące stały element konstrukcji wózka)? Zdjęcie poglądowe oferowanego rozwiązania poniżej:



Zdjęcie poglądowe

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ.

Jesteśmy po to, żeby leczyć, kształcić i rozwijać wiedzę medyczną



Dotyczy: Pakiet 15 – Taboret zabiegowy jezdny – 4 szt.

Pyt. 24

Czy regulacja wysokości siedziska ma odbywać się za pomocą siłownika pneumatycznego dźwignią ręczną czy dźwignią nożną? W ocenie zadającego pytanie w przypadku dźwigni nożnej taboret musi być dodatkowo wyposażony w podporę pod nogi.

Odpowiedź:

Regulacja wysokości siedziska ma odbywać się za pomocą dźwigni nożnej.

Pyt. 25

Czy Zamawiający dopuści taboret zabiegowy jezdny wyposażony w podstawę wykonaną ze stali kwasoodpornej gat. 0H18N9?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pyt. 26

Czy Zamawiający dopuści taboret zabiegowy jezdny z regulacją wysokości w zakresie 600 – 860 mm.?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pyt. 27

Czy Zamawiający dopuści taboret zabiegowy jezdny z regulacją wysokości w zakresie 680 - 940 mm.?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuszcza.

Dotyczy: Pakiet 17 – Stojak do wlewów kroplówkowych – 2 szt.

Pyt. 28

Czy Zamawiający dopuści stojak do wlewów kroplowych wyposażony w podstawę wykonaną z tworzywa sztucznego w kolorze czarnym?

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ.

Pyt. 29

Czy Zamawiający dopuści stojak do wlewów kroplowych wyposażony w podstawę wykonaną ze stali kwasoodpornej gat. 0H18N9?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pyt. 30.

Czy zamawiający wyrazi zgodę na odstąpienie od wymogu zastosowania kół kierunkowych w stojakach do wlewów kroplowych? W ocenie zadającego pytanie zastosowanie takich kół w stojaku na podstawie kilkuramiennej jest niepraktyczne i uniemożliwia swobodne przemieszczanie stojaka.

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający wyraża zgodę.

Jesteśmy po to, żeby leczyć, kształcić i rozwijać wiedzę medyczną



Dotyczy: WZORU UMOWY dla pakietów 11, 12, 15, 16, 17, 20 i 21

Pyt. 31

Czy Zamawiający odstąpi od wymogu wskazanego w § 3 ust. 5 wzoru umowy, dotyczącego montażu przedmiotu umowy w siedzibie Zamawiającego w zakresie Pakietów nr 11, 12, 15, 16, 17, 20 i 21? W ocenie zadającego pytanie oferowany w tych pakietach asortyment zostaje dostarczony w formie złożonej, gotowej do użytku, nie wymaga zatem montażu w miejscu dostawy.

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający wyraża zgodę na odstąpienie od wymogu.

Pyt. 32

Czy Zamawiający odstąpi od zapisów wskazanych w § 3 ust. 7, 9 i 10 wzoru umowy, dotyczących szkolenia personelu w zakresie obsługi i konserwacji sprzętu objętego Pakietami 11, 12, 15, 16, 17, 20 i 21, jeśli zgodnie z oświadczeniem Producenta oferowany w tych pakietach sprzęt nie jest aparaturą medyczną i nie wymaga przeszkolenia przed użytkowaniem, gdyż wystarczającym dokumentem jest instrukcja obsługi?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający odstąpi od tych wymogów.

Pyt. 33

Czy Zamawiający odstąpi od zapisów wskazanych w § 3 ust. 5 oraz § 4 ust. 4 wzoru umowy, dotyczących przeglądów okresowych w zakresie Pakietów nr 11, 12, 15, 16, 17, 20 i 21, jeśli asortyment ten nie jest aparaturą medyczną i zgodnie z oświadczeniem Producenta nie wymaga przeglądów?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający odstąpi od tych wymogów.

W związku z udzielonymi odpowiedziami na Wykonawcach ciąży obowiązek ich uwzględnienia w treści oferty. Wyżej wymienione odpowiedzi stają się integralną częścią SIWZ. Terminy składania i otwarcia ofert, tj:

- termin składania ofert: 20.09.2019 r. , godz. 12:00
- termin otwarcia ofert: 20.09.2019 r. , godz. 12:30

ulegają następującej zmianie:

- termin składania ofert: 23.09.2019 r. , godz. 12:00
- termin otwarcia ofert: 23.09.2019 r. , godz. 12:30

Z upoważnienia Dyrektora
Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego
im. Jana Mikulicza – Radeckiego
we Wrocławiu


Magda Jellin

Kierownik Działu Zakupów i Zamówień Publicznych

Jesteśmy po to, żeby leczyć, kształcić i rozwijać wiedzę medyczną

