UNIWERSYTECKI
SZPITAL KLINICZNY
WE WROCŁAWIU

L. Dz. **UE/USK/DZP/PN-310/2019**

Wrocław, 30.09.2019 r.

Do Wykonawców uczestniczących w postępowaniu

Dotyczy: dostawy szpitalnych foteli wielofunkcyjnych – fotel do chemioterapii dla Klinicznego Oddziału Onkologicznego, nr sprawy: UE/USK/DZP/PN-310/2019

Zamawiający zgodnie z art. 38 ust. 1 ustawy Pzp udziela odpowiedzi na zadane pytanie:

Pyt. 1
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania fotel do chemioterapii z kolumną nośną wykonaną ze stali?
Odpowiedź:
Tak, Zamawiający dopuści również.

Pyt. 2
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania fotel do chemioterapii z regulacją wysokości siedziska w zakresie od 540 do 750mm?
Odpowiedź:
Tak Zamawiający dopuści również.

Pyt. 3
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania fotel do chemioterapii z regulacją segmentu podudzia w zakresie od -25° do 0°?
Odpowiedź:
Zgodnie z SIWZ.

Pyt. 4
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania fotel do chemioterapii z segmentem pleców odpowiednio wyprofilowanym i dostosowanym w celu zapewniania pełnego komfortu pacjenta w kształcie tak jak ukazano na poniższym zdjęciu?

(zdjęcie poglądowe)

UNIWERSYTECKI SZPITAL KLINICZNY WE WROCŁAWIU
50-556 Wrocław, ul. Borowska 213, NIP 898-181-68-56
kancelaria: tel. (71) 733 12 00, fax (71) 733 12 09, e-mail kancelaria@usk.wroc.pl; www.usk.wroc.pl

Odpowiedź:
Tak, Zamawiający dopuści również.

Pyt. 5
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania fotel do chemioterapii z regulacją segmentu podparcia pleców w zakresie od -5° do +78°?
Odpowiedź:
Tak, Zamawiający dopuści również.

Pyt. 6
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania fotel do chemioterapii, w którym materace posiadają możliwość demontażu przy użyciu narzędzi?
Odpowiedź:
Zgodnie z SIWZ.

Pyt. 7
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania fotel do chemioterapii wyposażony w 4 podwójne koła o średnicy 100mm?
Odpowiedź:
Tak, Zamawiający dopuści również.

Pyt. 8
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania fotel do chemioterapii o bezpiecznym obciążeniu roboczym na poziomie 220kg?
Odpowiedź:
Tak, Zamawiający dopuści również.

Pyt. 9
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania fotel do chemioterapii z dodatkowym stolikiem na kółkach dostawianym do fotela z tworzywowym blatem z rantem zapobiegającym spływaniu płynów z możliwością regulacji wysokości, pochylenia oraz ustawienia nad segmentem siedziska oraz poza obrysem fotela (rozwiązanie ukazane na poniższym zdjęciu)?



(zdjęcia poglądowe)

Odpowiedź:
Zgodnie z SIWZ.

UNIWERSYTECKI SZPITAL KLINICZNY WE WROCŁAWIU
50-556 Wrocław, ul. Borowska 213, NIP 898-181-68-56
kancelaria: tel. (71) 733 12 00, fax (71) 733 12 09, e-mail kancelaria@usk.wroc.pl; www.usk.wroc.pl

W związku z udzielonymi odpowiedziami na Wykonawcach ciąży obowiązek ich uwzględnienia w treści oferty. Wyżej wymienione odpowiedzi stają się integralną częścią SIWZ. Terminy składania i otwarcia ofert, tj:

- termin składania ofert: **07.10.2019 r., godz. 12:00**
- termin otwarcia ofert: **07.10.2019 r., godz. 13:00**

nie ulegają zmianie.

Z upoważnienia Dyrektora
Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego
im. Jana Mikulicza – Radeckiego
we Wrocławiu

Magda Jellin
Kierownik Działu Zakupów i Zamówień Publicznych

UNIWERSYTECKI SZPITAL KLINICZNY WE WROCŁAWIU
50-556 Wrocław, ul. Borowska 213, NIP 898-181-68-56
kancelaria: tel. (71) 733 12 00, fax (71) 733 12 09, e-mail kancelaria@usk.wroc.pl; www.usk.wroc.pl