



Wrocław, dnia 14.11. 2019 r.

Nr sprawy: USK/ DZP/ PN-330/2019

**SPROSTOWANIE-OGŁOSZENIA WYNIKU POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO
W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO- część 2**

Uniwersytecki Szpital Kliniczny we Wrocławiu, jako Zamawiający w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na jest dostawę **sprzętu medycznego jednorazowego dla wszystkich oddziałów USK- powtórzenie informuje o unieważnieniu** postępowania na podstawie art. 92 ust. 1 pkt.4) Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r., Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.) **dla pakietu nr 44 poz. 10**

Zamawiający informują iż do przedmiotowego postępowania przystąpili Wykonawcy :

- 1)Baxter Polska Sp. z o.o Ul Kruczkowskiego 8, 00-380 Warszawa
- 2) Aesculap Chifa Sp. z o.o. , ul. Tysiąclecia 14, 64-300 Nowy Tomyśl

Zamawiający unieważnił postępowanie o udzielenie zamówienia dla pakietu nr 44 poz. 10 na podstawie art 93 ust 1 pkt 4) Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r., Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.) cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwoty, którą zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zamówienia
Uzasadnienie:

Cena najkorzystniejszej oferty wynosi 21.060,00, kwota przeznaczona na sfinansowanie Zamówienia wynosi 20.088,88
Zamawiający, działając na podstawie art. 89 ust 1 pkt 2) Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r., Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.) odrzucił ofertę Wykonawcy Aesculap Chifa Sp. z o.o. , ul. Tysiąclecia 14, 64-300 Nowy Tomyśl, jako niezgodną z wymaganiami Zamawiającego
Oferta Wykonawcy Aesculap Chifa Sp. z o.o. , ul. Tysiąclecia 14, 64-300 Nowy Tomyśl dla **pakietu nr 44 poz. 10** została odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2) Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.)- treść oferty nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Uzasadnienie:

Dnia 13.11.2019r., Zamawiający wezwał wykonawcę do złożenia wyjaśnienia w zakresie parametrów:

- 1/ Czy zbiorniki elastomerowy wykonany jest z poliizoprenu z ogranicznikiem przepływu, zapewniającym przepływ leku przez określony czas przy nominalnej prędkości przepływu ?
- 2/Czy Urządzenie wyposażone w filtr cząstek stałych wbudowany w zbiornik elastomerowy bez filtra powietrza na przebiegu linii?
- 3/Czy elementy mające kontakt z podawanym lekiem wolne od DEHP?
- 4/Czy system infuzyjny sprawdzony pod względem stabilności ze stosowanymi cytostatykami (np. 5-FU)?

Wykonawca nie potwierdził zgodności w zakresie:

Czy zbiorniki elastomerowy wykonany jest z poliizoprenu z ogranicznikiem przepływu, zapewniającym przepływ leku przez określony czas przy nominalnej prędkości przepływu ;

Czy Urządzenie wyposażone w filtr cząstek stałych wbudowany w zbiornik elastomerowy bez filtra powietrza na przebiegu linii.


Wobec powyższego, oferta podlega odrzuceniu na podstawie art. art. 89 ust. 1 pkt 2) Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.)- treść oferty nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia

POUCZENIE :

Wykonawcy przysługują środki ochrony prawnej określone w Dziale VI Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych(tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.)

INFORMACJI w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, udziela Dział Zakupów i Zamówień Publicznych Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu, Tel : 71/784-20-30, 71/784-20-28 e-mail: zwidomska@usk.wroc.pl
WYNIK RÓWNIEŻ DOSTĘPNY NA STRONIE: www.usk.wroc.pl;

Z upoważnienia Dyrektora
Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego
im. Jana Mikulicza – Radeckiego
we Wrocławiu


Magda Jellin

Kierownik Działu Zakupów i Zamówień Publicznych

Jesteśmy po to, żeby leczyć, kształcić i rozwijać wiedzę medyczną