



Wrocław, dnia 16.06.2020 r.

Nr sprawy: DZP.242.451.2019

Dotyczy: Dostawa narzędzi chirurgicznych oraz sprzętu medycznego dla Kliniki Otolaryngologii i Poradni Otolaryngologicznej.

Zamawiający informuje, że wpłynęły do niego następujące pytania od Wykonawców.

Pytanie nr 1 dot. Pakietu nr 4

Czy Zamawiający wymaga, aby w ramach oferty dostarczony został kontener perforowany do sterylizacji i przechowywania optyki, pochodzący od tego samego producenta co optyka - w celu zapewnienia właściwej ochrony teleskopu przed uszkodzeniem podczas sterylizacji lub transportu, kontener dwuczęściowy (z pokrywką), wykonany z tworzywa sztucznego, pozwalający na sterylizację gazową, parową i typu Sterrad, pozwalający na przechowywanie do dwóch optyk, rozmiary kontenera 321 x 90 x 45 mm. Kontener zamykany na dwa zatrzaski. Wewnątrz kontenera dwa wyprofilowane uchwyty do stabilnego zamocowania optyki.

Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga, dopuszcza.

W związku z udzielonymi odpowiedziami na Wykonawcach ciąży obowiązek uwzględnienia ww. odpowiedzi w treści oferty.

Z upoważnienia Dyrektora

Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego
im. Jana Mikulicza – Radeckiego
we Wrocławiu

Magda Jellin

Kierownik Działu Zakupów i Zamówień Publicznych

Jesteśmy po to, żeby leczyć, kształcić i rozwijać wiedzę medyczną