



Wrocław, dnia 18.06.2020 r.

Nr sprawy: DZP.242.188.2020

**Dotyczy: Doposażenie Zakładu Radiologii Ogólnej i Pediatrycznej.**

**Zamawiający informuje, że wpłynęły do niego następujące pytania od Wykonawców.**

**pytanie 1. pakiet 2- parawan**

Czy Zamawiający będzie wymagał aby parawan mobilny (cztery kółka z blokadą) składał się z z dwóch części. Część dolna metalowa o ochronności 1 mm Pb, górna natomiast część wykonana z szyby akrylowej z możliwością opuszczania i chowania się do części metalowej. Rozmiar części głównej 78 cm (szerokość) x 104 cm (wysokość). Szerokość szyby 70 cm. Możliwość regulacji wysokości szyby od 115 cm do 190 cm.

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

**pytanie 2.pakiet 4- osłona tarczycy**

Czy Zamawiający będzie wymagał osłony o wymiarach: długość 12cm, szerokość 24 cm, rozmiar kołnierza do 48 cm, z zapięciem magnetycznym wydłużającym czas użytkowania osłony. Osłona wykonana z materiału bezwinylowego, zawierającego ołów, pokryta materiałem łatwozmywalnym, na którym po zmyciu nie zostają plamy z krwi i kontrastu i który poddaje się dezynfekcji. Materiał zawierający włókna węglowe działające antystatycznie oraz jodek srebra z działaniem antybakteryjnym.

Gwarancja na osłonę tarczycy - 5 lat.

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

W związku z udzielonymi odpowiedziami na Wykonawcach ciąży obowiązek uwzględnienia ww. odpowiedzi w treści oferty.

Z upoważnienia Dyrektora

Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego  
im. Jana Mikulicza – Radeckiego  
we Wrocławiu

**Magda Jellin**

Kierownik Działu Zakupów i Zamówień Publicznych

*Jesteśmy po to, żeby leczyć, kształcić i rozwijać wiedzę medyczną*