



L. Dz. DZP.242.176.2020

Wrocław, 23.06.2020 r.

**Do Wykonawców uczestniczących  
w postępowaniu**

**Dotyczy:** dostawa wraz z montażem, instalacją i uruchomieniem aparatury medycznej oraz regeneracją narzędzi chirurgicznych dla Działu Bloków Operacyjnych Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego im. Jana Mikulicza Radeckiego we Wrocławiu według pakietów 1 – 31 – dogrywka w zakresie pakietów 2, 3, 9, 10, 11, 17, 18, 19, 21, 22, 25, 29 i 31, nr sprawy: DZP.242.176.2020

**Zamawiający informuje, że wpłynęły do niego następujące pytania od Wykonawców:**

**Dotyczy pakietu 29 poz. 5**

**Pyt. 1**

Czy w związku z zaprzestaniem przez wytwórcę produkcji określonego w tej pozycji asortymentu Zamawiający dopuści półwałek na płaskiej podstawie, wykonany z materiału, określonego w poz. 7 o wymiarach: 305 x 95 x 75 mm lub pozycjoner uniwersalny z materiału określonego w poz. 7 o wymiarach: 150 x 60 x 40 mm lub półwałek na płaskiej podstawie, wykonany z żeluz silikonowego i pianki, o właściwościach opisanych w poz. 7 o wymiarach: 300 x 140 x 110 mm?

**Odpowiedź:**

**Tak, Zamawiający dopuszcza również.**

**Dotyczy pakietu 29 poz. 6**

**Pyt. 2**

Czy w związku z zaprzestaniem przez wytwórcę produkcji określonego w tej pozycji asortymentu Zamawiający dopuści półwałek na płaskiej podstawie, wykonany z materiału, określonego w poz. 7 o wymiarach: 405 x 95 x 75 mm lub pozycjoner uniwersalny z materiału określonego w poz. 7 o wymiarach: 290 x 100 x 60 mm lub półwałek na płaskiej podstawie wykonany z żeluz silikonowego i pianki, o właściwościach opisanych w poz. 7 o wymiarach: 400 x 140 x 110 mm?

**Odpowiedź:**

**Tak, Zamawiający dopuszcza również.**

W związku z udzielonymi odpowiedziami na Wykonawcach ciąży obowiązek ich uwzględnienia w treści oferty.

Z upoważnienia Dyrektora  
Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego  
im. Jana Mikulicza – Radeckiego  
we Wrocławiu

  
Magda Jellin

Kierownik Działu Zakupów i Zamówień Publicznych

*Jesteśmy po to, żeby leczyć, kształcić i rozwijać wiedzę medyczną*