



Wrocław, dnia 27 - 07 - 2020 r.

Nr sprawy: DZP.242.192.2020

Odpowiedź nr 3

Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Jana Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu, jako Zamawiający w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn: Dopuszczenie Działu Diagnostyki Laboratoryjnej na podstawie art. 38 ust.1 pkt. 3), art. 38 ust. 2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.) informuje że wpłynęły zapytania Wykonawców, jednocześnie wyjaśniając co następuje.

Pytanie nr 1 - dotyczy pakietu nr 6

Proszę o określenie zakresu temperatury zamrażarki.

Odpowiedź:

Zakres temperatur zamrażarki od minus 10 do minus 22 stopni Celsjusza.

Pytanie nr 2 - dotyczy pakietu nr 6

Proszę o dopuszczenie zamrażarki o wymiarach zewnętrznych: 720x860x1997 mm i pojemności ok. 700 L.

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 3 - dotyczy pakietu nr 6

Proszę o dopuszczenie urządzenia do pracy w strefie umiarkowanej w jakiej obecnie są testowane urządzenia (europa - strfrefa umiarkowana) tj. 25°C.

Urządzenie może pracować w temperaturze +40°C, ale nie ma deklaracji jak się będzie zachowywać zadeklarowane stabilność temperatury w przestrzeni komory.

Odpowiedź:

Możliwość pracy w ekstremalnych warunkach zewnętrznych do plus 40 stopni Celsjusza

POUCZENIE

Wykonawcy przysługują środki ochrony prawnej określone w Dziale VI Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.)

Informacji, w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, udziela Dział Zakupów i Zamówień Publicznych Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu, tel. 71 / 784 – 20 – 28, adres e-mail: ekomar@usk.wroc.pl

Z upoważnienia Dyrektora
Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego
im. Jana Mikulicza – Radeckiego
we Wrocławiu

Kierownik Działu Zakupów i Zamówień Publicznych

Jesteśmy po to, żeby leczyć, kształcić i rozwijać wiedzę medyczną