



Wrocław, dnia 2.09.2020 r.

Nr sprawy: DZP.242.278.2020

Dotyczy: realizacja usługi przeglądów technicznych laserów w pakiecie od 1 do 11 w okresie 24 miesięcy.

Zamawiający informuje, że wpłynęły do niego następujące pytania od Wykonawców.

Dot. Zaproszenia do składania ofert pkt 3

Z uwagi na fakt, iż dokumenty takich jak: instrukcje serwisowe, procedury oraz instrukcje wykonywania czynności są zastrzeżone przez producenta wyłącznie dla autoryzowanych serwisów i osób przez niego przeszkolonych, zwracamy się z prośbą o odstąpienie od wymagania złożenia ww. dokumentów.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza złożenie przez Wykonawcę oświadczenia, iż posiada instrukcje serwisowe, procedury oraz instrukcje wykonywania czynności.

2) Dot. Zaproszenia do składania ofert pkt 3

Prosimy o potwierdzenie, iż Zamawiający będzie wymagał podpisania złożonych dokumentów kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza złożenie przez Wykonawcę oferty podpisanej kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

3) Dot. Wzoru umowy, paragraf 5 pkt 3

Prosimy o potwierdzenie, iż wartość umowy ustalona będzie jako wartość sumaryczna ceny podanej w Formularzu asortymentowo cenowy oraz cen części podanych w Załączniku nr 1B.

Odpowiedź: Wartość umowy jest całościową wartością oferowaną przez Wykonawcę w ramach wykonania usługi.

4) Dot. Załącznika 1B

Prosimy o doprecyzowanie czy ceny części podane w Załączniku 1B powinny dotyczyć jednego przeglądu czy też wszystkich wykonywanych w trakcie trwania umowy (dwóch).

Odpowiedź: Ceny powinny dotyczyć jednego przeglądu.

5) Dot. Załącznika 1C

Załącznik 1C nosi nazwę „ARKUSZ CENOWY CZYNNOŚCI DODATKOWYCH REALIZOWANYCH NA PODSTAWIE §3 PKT. 4” przy czym wskazany punkt paragrafu 3 wzoru umowy brzmi:

„Wykonawca wykona przedmiot umowy zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami polskimi zharmonizowanymi z normami europejskimi”. W związku z powyższym zwracamy się z prośbą o wskazanie prawidłowego paragrafu i punktu wzoru umowy, których dotyczy Załącznik 1C.

Odpowiedź: Zgodnie ze wzorem umowy dot. to § 2 ust 4.

Jesteśmy po to, żeby leczyć, kształcić i rozwijać wiedzę medyczną



6) Dot. Zaproszenia do składania ofert pkt 3, pakiet nr 9

Zwracamy się prośbą o odstąpienie od wymagania dokumentów potwierdzających posiadanie odpowiednich kwalifikacji i doświadczenia zawodowego osób, które będą realizować przedmiot zamówienia na terenie szpitala. Producent wymaga przede wszystkim odbycia szkolenia serwisowego w jego siedzibie. W związku z powyższym wnosimy o możliwość zastąpienia dokumentów potwierdzających kwalifikację i doświadczenie, certyfikatem z przebytego u producenta szkolenia w zakresie obsługi technicznej określonego urządzenia.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza złożenie przez Wykonawcę oświadczenia, iż posiada dokumenty potwierdzające posiadanie odpowiednich kwalifikacji i doświadczenia zawodowego osób, które będą realizować przedmiot zamówienia na terenie szpitala.

7) Dot. Wzór umowy paragraf 6 pkt. 1, pakiet nr 9

Zwracamy się z prośbą o skrócenie wymaganej długości gwarancji z 24 miesięcy na 12 miesięcy.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

8) Dot. Wzór umowy paragraf 6 pkt. 2, pakiet nr 9

1. Zwracamy się z prośbą o wydłużenie terminu wykonania naprawy do 7 dniu od daty zgłoszenia usterki, zaś w przypadku konieczności sprowadzenia części z zagranicy do 14 dni, gdyż dotrzymanie wskazanych terminów jest niemal niemożliwe.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

W związku z udzielonymi odpowiedziami na Wykonawcach ciąży obowiązek uwzględnienia ww. odpowiedzi w treści oferty.

Z upoważnienia Dyrektora

Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego
im. Jana Mikulicza – Radeckiego
we Wrocławiu

Magda Jellin

Kierownik Działu Zakupów i Zamówień Publicznych

Jesteśmy po to, żeby leczyć, kształcić i rozwijać wiedzę medyczną