



Wrocław, dnia 27.11.2020 r.

Nr sprawy: DZP.242.443.2020

Dotyczy: Realizacja usługi wykonania testów specjalistycznych urządzeń radiologicznych wraz z urządzeniami pomocniczymi.

Zamawiający informuje, że wpłynęły do niego następujące pytania od Wykonawców.

Pytanie 1: Czy Zamawiający w punkcie 2 Formularza Asortymentowo-cenowego wykazuje do złożenia oferty wyłącznie sterylizator 8XL ? W komplecie ze sterylizatorem 8XL w Państwa Szpitalu pracują jako urządzenia współpracujące ze sterylizatorem:

- abator 50AE firmy 3M nr seryjny 170054
- aerator XL firmy 3M nr seryjny 150178.

Jako autoryzowany serwis 3M nie posiadamy informacji o wyłączeniu tych urządzeń z eksploatacji.

Odpowiedź: Zgodnie z załącznikiem 1A.

Pytanie 2: Dotyczy pak.1 - Wykonanie przeglądów okresowych sterylizatorów parowych producenta Melag w okresie 36 miesięcy.

Zgodnie z zaleceniami producenta sterylizator parowy typu Cliniclav 45, powinien mieć wykonany przegląd techniczny wykonany co 4 tys. cykli (nie rzadziej niż 12 miesięcy). Zwracam się z prośbą o zmianę częstotliwości wykonywanych przeglądów w postępowaniu w przypadku Cliniclav 45 na 12 miesięcy.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 3: Dotyczy zapisów umowy: §6

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na skrócenie okresu gwarancji na użyte części oraz usługę z 24 miesięcy na 12 miesięcy?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Jesteśmy po to, żeby leczyć, kształcić i rozwijać wiedzę medyczną



Pytanie 4: Dotyczy załącznika nr 1B- ARKUSZ CENOWY CZĘŚCI ZAMIENNYCH WYMIENIANYCH PODCZAS PRZEGLĄDU

Czy Zamawiający wymaga wpisania do arkusza 1B wszystkich części zamiennych wymaganych przez producenta danego sprzętu do wymiany podczas przeglądu okresowego?

Odpowiedź: Zgodnie z umową.

Pytanie 5: Dotyczy załącznika nr 1B- ARKUSZ CENOWY CZĘŚCI ZAMIENNYCH WYMIENIANYCH PODCZAS PRZEGLĄDU

Czy Zamawiający wymaga aby części wyszczególnione przez Wykonawcę w załączniku nr 1B zostały wliczone w cenę usługi, czy części te będą mogły być fakturowane osobno?

Odpowiedź: Zgodnie z umową.

W związku z udzielonymi odpowiedziami na Wykonawcach ciąży obowiązek uwzględnienia ww. odpowiedzi w treści oferty.

Z upoważnienia Dyrektora

Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego
im. Jana Mikulicza – Radeckiego
we Wrocławiu

Magda Jellin

Kierownik Działu Zakupów i Zamówień Publicznych

Jesteśmy po to, żeby leczyć, kształcić i rozwijać wiedzę medyczną