



Wrocław, dnia 5.08.2021 r.

Nr sprawy: DZP.242.243.2021

Dotyczy: realizacja usługi przeglądów technicznych aspiratorów ultradźwiękowych produkcji Integra LifeSciences w pakiecie 1 w okresie 24 miesięcy.

Zamawiający informuje, że wpłynęły do niego następujące pytania od Wykonawców.

Par. 2 Pkt. 3

Usunąć podpunkt i)

Usunąć podpunkt k)

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza wykreślenie.

Par. 2 Pkt. 4

Zamienić 2 dni robocze na „do 7 dni roboczych”.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zmianę.

Par. 3

Usunąć punkty 6, 7.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza wykreślenie.

Par. 3, Pkt. 11. Zastąpić archaiczną formę kontaktu przez fax, SMS-em na podany przez Zlecającego nr telefonu komórkowego.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza wykreślenie faxu, reszta zgodnie ze wzorem umowy.

Par. 3, Pkt. 12. Zmienić cały zapis.

Odpowiedź: Zgodnie ze wzorem umowy.

Par. 3, Pkt. 13. Zmienić tok postępowania jak w Re: Pkt. 12.

Odpowiedź: Zgodnie ze wzorem umowy.

Par. 4.

Potrzebne zmiany zapisów jak w Re: Par. 3, Pkt. 12

Zmienić archaiczną formę kontaktu fax'em na pocztę elektroniczną (e-mail).

Ponadto Zamawiający winien stworzyć odpowiednie warunki Wykonawcy do prawidłowego wykonania przeglądu, a więc potrzebne jest dodanie w **Par. 4** zapisu (**Pkt. 5**) w brzmieniu:

5. Zamawiający zobowiązuje się do zapewnienia **Wykonawcy** warunków

niezbędnych do realizacji niniejszej umowy, a w szczególności do zapewnienia:

a) inżynierowi serwisu **Wykonawcy** dostępu do miejsca instalacji urządzenia oraz udostępnienia mu urządzenia wraz z kompletem wyposażenia tj. rękojeściami roboczymi, przyciskiem nożnym, stoliczkami montażowymi na czas wykonywania pracy.

Jesteśmy po to, żeby leczyć, kształcić i rozwijać wiedzę medyczną



b) odpowiedniej infrastruktury (m.in. miejsca przeglądu zgodnego z ogólnie przyjętymi zasadami BHP), dostępu do sprawnego technicznie, jednofazowego gniazda sieci elektrycznej 230V AC z bolcem uziemiającym, oświetlenia miejsca pracy odpowiedniego dla czynności serwisowych, swobodnego dostępu do wody bieżącej w miejscu wykonywania pracy przez inżyniera serwisu **Wykonawcy** oraz powierzchni o swobodnym dostępie o wymiarach min. 4 x 3 m w czasie wykonywania przeglądu.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza wykreślenie faxu, reszta zgodnie ze wzorem umowy.

Par. 5. Pkt. 7.

Zmienić na „**przyjmuje się datę odbioru od kuriera przesyłki z fakturą VAT i Raportem serwisowym przez pracownika Szpitala.**”. Wewnętrzny transfer i procedowanie dostarczonych FV w Szpitalu nie jest sprawą Wykonawcy.

Odpowiedź: zgodnie z umową. Data odbioru przesyłki jest zgodna z datą jej rejestracji.

Par. 5. Pkt. 12.

Usunąć pkt. 12.

Odpowiedź: Zgodnie ze wzorem umowy

Par. 6.

Pkt.1 Potrzebne adekwatne zmiany.

Wyjaśnienie: Okres między przeglądami CUSA EXCEL wynosi **12 mies.** i taka jest gwarancja na część wymienianą wewnątrz konsoli oraz na prawidłowość procedur, wykonywanych podczas przeglądu.

Filtr ochronny ssania, wg instrukcji producenta **ma gwarancję 6 mies.**, licząc od daty pierwszego użycia po wymianie – niezależnie od tego, czy wymienia go serwis, czy Użytkownik. **Wniosek: Potrzebne są tu adekwatne zmiany.**

Odpowiedź: Zgodnie ze wzorem umowy.

Par. 7, pkt. 8.

Dopisać: „...na terenie Szpitala i poinformuje o tym Wykonawcę nie później niż 72h przed ustaloną datą wykonania przeglądu.”

Odpowiedź: Zgodnie ze wzorem umowy.

W związku z udzielonymi odpowiedziami na Wykonawcach ciąży obowiązek uwzględnienia ww. odpowiedzi w treści oferty.

Z upoważnienia Dyrektora

Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego
im. Jana Mikulicza – Radeckiego
we Wrocławiu

Magda Jellin

Kierownik Działu Zakupów i Zamówień Publicznych

Jesteśmy po to, żeby leczyć, kształcić i rozwijać wiedzę medyczną