



Wrocław, dnia 3.08.2021 r.

Nr sprawy: DZP.242.314.2021

Dotyczy: Dostawa akcesoriów zużywalnych do sprzętu medycznego oraz drobnego sprzętu medycznego.

Zamawiający informuje, że wpłynęły do niego następujące pytania od Wykonawców.

Pakiet 1 poz. 1

Prosimy o wyjaśnienie, czy Zamawiający ma na myśli zawór do butli?

Odpowiedź: Zamawiający oczekuje dostarczenia zaworu czerpalnego wtykanego do punktu poboru do ściany lub kolumnie anestezyjologicznej.

Pakiet 1 poz. 1

Czy Zamawiający ma na myśli przyłącze wlotowe do butli CO₂?

Odpowiedź: Zamawiający oczekuje dostarczenia zaworu czerpalnego wtykanego do punktu poboru do ściany lub kolumnie anestezyjologicznej.

W związku z udzielonymi odpowiedziami na Wykonawcach ciąży obowiązek uwzględnienia ww. odpowiedzi w treści oferty.

Z upoważnienia Dyrektora

Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego
im. Jana Mikulicza – Radeckiego
we Wrocławiu

Magda Jellin

Kierownik Działu Zakupów i Zamówień Publicznych

Jesteśmy po to, żeby leczyć, kształcić i rozwijać wiedzę medyczną