



Wrocław, dnia 30.12.2021 r.

Nr sprawy: DZP.242.642.2021

Dotyczy: dostawa sprzętu specjalistycznego dla Kliniki Okulistyki – ponowienie postępowania DZP.242.197.2021.

Zamawiający informuje, że wpłynęły do niego następujące pytania od Wykonawców.

Pytanie Pakiet 11 pozycja 2

Czy zamawiający dopuści Implant oczodołowy wykonany z ultra wysokiej gęstości polietylenu typu UHMWPE z platformą do wszycia. Platforma składająca się z ośmiu portów do wszycia tkanek. Porowatość w zakresie 40-60%. Rozmiary: 12mm 14mm 16mm, 18mm, 20mm, 22mm?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 2 Pakiet 11 pozycja 15

Czy zamawiający dopuści zestaw do intubacji dróg łzowych: Typu „BIKA FOR DCR” (2x sonda metalowa z nierdzewnej stali 0,8 mm x 53mm połączone rurką silikonową średnica 0,94mm długość drenu silikonowego 280 mm?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 3 Pakiet 11 pozycja 19

Czy Zamawiający dopuści zestaw jednorazowy do operacji opadnięcia powieki górnej składający się z 2 igieł połączonych rurką silikonową typu Ptoxis probe; wymiary igieł długość 58 +/- 0.5 mm średnica 0.85 +/- 1mm ?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

W związku z udzielonymi odpowiedziami na Wykonawcach ciąży obowiązek uwzględnienia ww. odpowiedzi w treści oferty.

Z upoważnienia Dyrektora

Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego
im. Jana Mikulicza – Radeckiego
we Wrocławiu

Magda Jellin

Kierownik Działu Zakupów i Zamówień Publicznych

Jesteśmy po to, żeby leczyć, kształcić i rozwijać wiedzę medyczną