



Wrocław, dnia 4.03.2022 r.

Nr sprawy: DZP.242.196.2022

**Dotyczy: dostawa akcesoriów zużywalnych do sprzętów medycznych oraz drobnego sprzętu medycznego**

**Zamawiający informuje, że wpłynęły do niego następujące pytania od Wykonawców.**

**dot. załącznik nr 1 do SWZ- Pakiet nr 2 Stojaki na kroplówki**

1. Czy Zamawiający dopuści stojak na kroplówki z regulacją wysokości w zakresie 1320-2150 mm? Pozostałe parametry bez zmian.

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

**dot. załącznik nr 1 do SWZ- Pakiet nr 16 Koszyk na akcesoria**

1. Czy Zamawiający dopuści koszyk na akcesoria wykonany ze stali lakierowanej proszkowo? Pozostałe parametry bez zmian.

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

2. Czy Zamawiający dopuści koszyk na akcesoria wykonany ze stali kwasoodpornej gat. 0H18N9? Pozostałe parametry bez zmian.

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

W związku z udzielonymi odpowiedziami na Wykonawcach ciąży obowiązek uwzględnienia ww. odpowiedzi w treści oferty.

Z upoważnienia Dyrektora

Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego  
im. Jana Mikulicza – Radeckiego  
we Wrocławiu

**Magda Jellin**

Kierownik Działu Zakupów i Zamówień Publicznych

*Jesteśmy po to, żeby leczyć, kształcić i rozwijać wiedzę medyczną*