



Wrocław, dnia 8.03.2022 r.

Nr sprawy: DZP.242.196.2022

Dotyczy: dostawa akcesoriów zużywalnych do sprzętów medycznych oraz drobnego sprzętu medycznego

Zamawiający informuje, że wpłynęły do niego następujące pytania od Wykonawców.

Pakiet nr 4

1. Czy Zamawiający dopuści reduktor do butli tlenowej z wbudowanym dozownikiem tlenu, z nastawem skokowym, z przepływem 0-25 l/min.? Warto zauważyć, że takie rozwiązanie jest znacznie bardziej optymalne, ponieważ reduktory butlowe to sprzęt narażony na wiele czynników zewnętrznych, a rotametry to dosyć „delikatne” części. Z tego względu szpitale znacznie chętniej wybierają reduktor z wbudowanym w pokrętko dozownikiem – zapobiega to wielu uszkodzeniom.
2. Czy Zamawiający zrezygnuje z szybkozłącza typu AGA?
Odpowiedź: zgodnie z formularzem asortymentowo-cenowym.

Pakiet nr 12

1. Proszę o podanie nazwy producenta i numeru katalogowego regulatora próżni, dla którego przeznaczone mają być filtry.
Odpowiedź: Zamawiający oczekuje dostarczenia filtrów uniwersalnych, zewnętrznych, zdjęcie poglądowe:

Jesteśmy po to, żeby leczyć, kształcić i rozwijać wiedzę medyczną



W związku z udzielonymi odpowiedziami na Wykonawcach ciąży obowiązek uwzględnienia ww. odpowiedzi w treści oferty.

Z upoważnienia Dyrektora

Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego
im. Jana Mikulicza – Radeckiego
we Wrocławiu

Magda Jellin

Kierownik Działu Zakupów i Zamówień Publicznych

Jesteśmy po to, żeby leczyć, kształcić i rozwijać wiedzę medyczną