



Wrocław, dnia 9.09.2022 r.

Nr sprawy: DZP.242.660.2022.

Dotyczy: realizacja przeglądów kardiomonitorów różnych producentów w 27 pakietach w okresie 12 miesięcy.

Zamawiający informuje, że wpłynęły do niego następujące pytania od Wykonawców.

Załącznik do zaproszenia – Formularz cenowy

Pytanie nr 1. Czy Zamawiający wymaga wymiany akumulatorów podczas przeglądów technicznych?

Odpowiedź: Zgodnie z zaleceniami producenta.

Pytanie nr 2. W celu poprawnej kalkulacji oferty prosimy Zamawiającego o udzielenie informacji o terminach/datach [mm-rrrr] przeglądów technicznych lub alternatywnie o wskazanie konkretnej ilości dojazdów jakie Wykonawca winien skalkulować w ofercie.

Odpowiedź: Zgodnie z załącznikiem 1A

Załącznik do zamówienia – wzór umowy

Dotyczy § 6 ust. 1 lit. a

Pytanie nr 3. Wykonawca wnosi o skrócenie wymogu udzielania 24 - miesięcznej gwarancji na części zamienne do możliwości udzielania 12 - miesięcznej gwarancji, zgodnie z gwarancją udzielaną przez producenta.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 4. Wykonawca wnosi o skrócenie wymogu udzielenia gwarancji na wykonaną usługę do 12 miesięcy.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Załącznik do zamówienia – wzór umowy

Dotyczy § 6 ust. 2

Pytanie nr 5. Wykonawca wnosi o możliwość wydłużenia terminu naprawy gwarancyjnej w przypadku konieczności sprowadzenia części zza granicy do 10 dni roboczych.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Załącznik do zamówienia – wzór umowy

Dotyczy § 8 Kary umowne, rozwiązanie umowy

Pytanie nr 6. Wykonawca wnosi o zmniejszenie kary umownej, o której mowa w ust. 1 i ust. 7 do 10 %.

Odpowiedź: zgodnie z umową

Jesteśmy po to, żeby leczyć, kształcić i rozwijać wiedzę medyczną



Pytanie nr 7. Wykonawca wnosi o naliczenie kary umownej za opóźnienia w ust. 2 i ust. 3 w wysokości 0,5 % od kwoty brutto danego przeglądu bądź naprawy gwarancyjnej, której opóźnienie dotyczy.

Odpowiedź: zgodnie z umową

W związku z udzielonymi odpowiedziami na Wykonawcach ciąży obowiązek uwzględnienia ww. odpowiedzi w treści oferty.

Z upoważnienia Dyrektora

Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego
im. Jana Mikulicza – Radeckiego
we Wrocławiu

Magda Jellin

Kierownik Działu Zakupów i Zamówień Publicznych

Jesteśmy po to, żeby leczyć, kształcić i rozwijać wiedzę medyczną