



Wrocław, dnia 25.11.2022 r.

Nr sprawy: DZP.242.686.2022

Dotyczy: realizacja przeglądów aparatów do znieczulenia różnych producentów w 5 pakietach w okresie 12 miesięcy.

Zamawiający informuje, że wpłynęły do niego następujące pytania od Wykonawców.

Dotyczy pakietu nr 1:

1. Dot. umowa paragraf 6: Prosimy o zmianę okresu gwarancji do 12 miesięcy, ponieważ takiej udziela producent i taka jest częstotliwość wykonywania przeglądów technicznych wraz z wymianą zestawów serwisowych.

Zamawiający dopuszcza.

1. Dot. Umowa paragraf 6 ust.2: Prosimy o wydłużenie terminu naprawy gwarancyjnej do 4 dni.

Zamawiający dopuszcza.

1. Dot. Umowa paragraf 6 ust.2: Prosimy o wydłużenie terminu naprawy gwarancyjnej z koniecznością sprowadzenia części z zagranicy do 14 dni.

Zamawiający dopuszcza.

1. Dot. Umowa paragraf 2 ust.4: Prosimy o wydłużenie terminu przedstawienia oferty cenowej na naprawę do 4 dni roboczych.

Zamawiający dopuszcza.

W związku z udzielonymi odpowiedziami na Wykonawcach ciąży obowiązek uwzględnienia ww. odpowiedzi w treści oferty.

Z upoważnienia Dyrektora
Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego
im. Jana Mikulicza – Radeckiego
we Wrocławiu
Magda Jellin
Kierownik Działu Zakupów i Zamówień Publicznych

Jesteśmy po to, żeby leczyć, kształcić i rozwijać wiedzę medyczną