



Wrocław, dnia 6.09.2022 r.

Nr sprawy: DZP.242.832.2022

Dotyczy: Dostawa igieł biopsyjnych do EBUS.

Zamawiający informuje, że wpłynęły do niego następujące pytania od Wykonawców.

Pytanie nr 1

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie igieł do przezoskrzelowej biopsji aspiracyjnej pod kontrolą ultrasonografii EBUS współpracujących z aparatami firmy Olympus; średnica igły 22G i 25G; igła na całej długości (łącznie z zaostrzoną końcówką) pokryta echogenicznym wzorem zapewniającym dobrą widoczność w obrazie EBUS, długość wysunięcia igły od 0-60mm, maksymalna średnica części wprowadzanej (osłonki) do kanału roboczego 1.6mm i 1.4mm, mandryn wykonany z nitinolu wyposażony w klips pozwalający na jego spięcie, strzykawka próżniowa o poj. 20ml z możliwością blokowania w pozycji 5,10,15,20, długość narzędzia od 720mm do 750mm z możliwością regulowana długość osłonki, każde opakowanie sterylne zawiera łącznik Luer- Lock do podłączania igły i stabilizowania igły na kanale roboczym?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

W związku z udzielonymi odpowiedziami na Wykonawcach ciąży obowiązek uwzględnienia ww. odpowiedzi w treści oferty.

Z upoważnienia Dyrektora

Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego
im. Jana Mikulicza – Radeckiego
we Wrocławiu

Magda Jellin

Kierownik Działu Zakupów i Zamówień Publicznych

Jesteśmy po to, żeby leczyć, kształcić i rozwijać wiedzę medyczną