



Nr sprawy: DZP.242.341.2025

Wrocław, dnia 26.08.2025 r.

Dotyczy: Dostawa sprzętu specjalistycznego dla Szpitalnego Oddziału Ratunkowego – Złączka jednopacjentowa do kapnografii 200 sztuk

Zamawiający informuje, że wpłynęły do niego następujące pytania od Wykonawców:

1. Przedmiotem zamówienia jest Dostawa sprzętu specjalistycznego dla Szpitalnego Oddziału Ratunkowego – Złączka jednopacjentowa do kapnografii 200 sztuk, którego parametry szczegółowo opisano w formularzu asortymentowo-cenowym.
W formularzu asortymentowo cenowym nie podano do jakiego typu aparatu mają być te adaptery. Prosimy o podanie typu aparatu i najlepiej także kodów oryginalnych producenta w celu umożliwienia przygotowania prawidłowej oferty.
2. Jeśli Zamawiający ma możliwość, proszę o podanie numeru katalogowego aktualnie używanego adaptera, co umożliwi bezbłędne dopasowanie zamiennika.

Odpowiedź: Kardiomonitor NIHON KOHDEN ADAPTER EtCO2 Sensor Nr REF CMZ70.

3. Proszę Zamawiającego o informację czy adapter ma być do pomiaru w strumieniu głównym czy strumieniu bocznym oraz do jakiego monitora ma pasować.

Odpowiedź: Adapter ma być do pomiaru w strumieniu głównym.

4. Proszę Zamawiającego o informację, jaki minimalny procent wartości umowy Zamawiający deklaruje się wykorzystać.

Odpowiedź: Minimum 10% wartości umowy.

Z upoważnienia Dyrektora

Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego
im. Jana Mikulicza – Radeckiego
we Wrocławiu

Magda Jellin

Kierownik Działu Zamówień Publicznych i Zakupów

Jesteśmy po to, żeby leczyć, kształcić i rozwijać wiedzę medyczną