



Nr sprawy: DZP.242.252.2026

Wrocław, dnia 28-05-2026 r.

Dotyczy: Dostawa Myjni (dezynfektora) dla Oddziału Chorób Wewnętrznych w Strzelinie oraz Oddziału Rehabilitacji Ogólnoustrojowej w Strzelinie x 2 szt. wraz z akcesoriami

Zamawiający informuje, że wpłynęły do niego następujące pytania od Wykonawców:

Pytanie nr 1

Proszę o informację czy do każdego urządzenia mamy zgodnie z parametrami doliczyć po 12szt. basenów, 10szt. i dodatkowy ilości wymienione poniżej w formularzu cenowym?

Odpowiedź:

Łącznie do 2 myjni ma być ma być 12 basenów, 10 kaczek oraz 2 sztuki płynów 5l. (co na każdą myjnię daje 6 basenów, 5 kaczek oraz 5l płynu)

Z upoważnienia Dyrektora
Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego
im. Jana Mikulicza – Radeckiego
we Wrocławiu

Magda Jellin
Kierownik Działu Zamówień Publicznych i Zakupów

Jesteśmy po to, żeby leczyć, kształcić i rozwijać wiedzę medyczną