



Nr sprawy: DZP.242.271.2026

Wrocław, dnia 17-06-2026 r.

Dotyczy: Dostawa defibrylatora i toreb medycznych do karetki ECMO dla Kliniki Anestezjologii i Intensywnej Terapii

Zamawiający informuje, że wpłynęły do niego następujące pytania od Wykonawców:

Pytanie 1

Pakiet nr 6 pozycja I

Czy zamawiający dopuści możliwość zaoferowania torby medycznej zgodnie z opisem zamieszczonym w karcie katalogowej produktu ?

Odpowiedź :

Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie

Pytanie 2

Pakiet nr 6 pozycja II

Czy zamawiający dopuści możliwość zaoferowania ampularium zgodnie z opisem zamieszczonym w karcie katalogowej produktu ??

Odpowiedź :

Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie

Pytanie 3

Pakiet nr 6 pozycja III

Czy zamawiający dopuści możliwość zaoferowania laryngoskopy światłowodowy posiadający wbudowany kanał do przewodzenia światła, które jest przesyłane na łyżkę przez wiązkę światłowodową zamiast wyłącznik światła w postaci stalowej odpornej na ścieranie tulejki ??

Odpowiedź :

Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie pod warunkiem kompatybilności z łyżkami MAC RUSCH Polaris znajdujących się na standardowym wyposażeniu USK

Jesteśmy po to, żeby leczyć, kształcić i rozwijać wiedzę medyczną



Pytanie 4

Pakiet nr 6 pozycja III

Czy zamawiający dopuści możliwość zaoferowania laryngoskopu o długości 135 mm ??

Odpowiedź :

Zamawiający nie dopuszcza długości 135 mm. Pracuje na długościach 150 mm.

Z upoważnienia Dyrektora
Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego
im. Jana Mikulicza – Radeckiego
we Wrocławiu

Magda Jellin
Kierownik Działu Zamówień Publicznych i Zakupów

Jesteśmy po to, żeby leczyć, kształcić i rozwijać wiedzę medyczną