



Nr sprawy: DZP.242.285.2026

Wrocław, dnia 08.07.2026 r.

Dotyczy: Elektrody jednorazowe pediatryczne do defibrylatorów- DBO Anestezjologia

Zamawiający informuje, że wpłynęły do niego następujące pytania od Wykonawców:

1. Nie mamy w ofercie elektrod o wskazanych parametrach Zamawiającego.

Elektrody dla dorosłych (>8 lat >25kg)

Elektrody dla dzieci (<8lat <25kg)

Elektrody uniwersalne (dla dzieci i dorosłych) (> 1 rok >10kg)

Możemy zaoferować jedynie:

Elektrody jednorazowe do defibrylatora pediatryczne < 25kg

Kompatybilne do urządzeń:

- Bexen Cardio Reanibex 700 i 800

F7952P- pediatryczna <25kg

Elektrody jednorazowe do defibrylatora niemowlęce <10 kg

Kompatybilne do urządzeń:

- Bexen Cardio Reanibex 700 i 800

F7952P- pediatryczna <25kg

Elektrody jednorazowe do defibrylatora pediatryczne < 25kg

Kompatybilne do urządzeń:

- Phillips Efficia DFM 100

F7950P- pediatryczna <25kg

Elektrody jednorazowe do defibrylatora niemowlęce <10 kg

Kompatybilne do urządzeń:

- Phillips Efficia DFM 100

F7950U-uniwersalna >10kg

Czy Zamawiający dopuszcza przedstawione przez nas towary z oferty

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Jesteśmy po to, żeby leczyć, kształcić i rozwijać wiedzę medyczną



UNIWERSYTECKI
SZPITAL KLINICZNY
WE WROCŁAWIU

Z upoważnienia Dyrektora

Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego
im. Jana Mikulicza – Radeckiego
we Wrocławiu

Magda Jellin

Kierownik Działu Zamówień Publicznych i Zakupów

Jesteśmy po to, żeby leczyć, kształcić i rozwijać wiedzę medyczną

UNIWERSYTECKI SZPITAL KLINICZNY WE WROCŁAWIU

50-556 Wrocław, ul. Borowska 213, NIP 898-181-68-56

kancelaria: tel. (71) 733 12 00, fax (71) 733 12 09, e-mail kancelaria@usk.wroc.pl; www.usk.wroc.pl