



Nr sprawy: DZP.242.315.2026

Wrocław, dnia 28-07-2026 r.

Dotyczy: Realizacja usługi wzorcowania urządzeń różnych producentów w 13 pakietach w okresie 12 miesięcy

Zamawiający informuje, że wpłynęły do niego następujące pytania od Wykonawców:

Pytanie 1

Proszę o wskazanie zakresu izotopów do Pakietów: 3,10 oraz 11.

Odpowiedź :

Wzorcowanie dla izotopów:

Pakiet 3

Tc-99m, I-131, Lut-177

Pakiet 10

Tc-99m, I-131, Lut-177

Pakiet 11

Tc-99m, I-131, Cs-137, Lut-177

Z upoważnienia Dyrektora
Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego
im. Jana Mikulicza – Radeckiego
we Wrocławiu

Magda Jellin
Kierownik Działu Zamówień Publicznych i Zakupów

Jesteśmy po to, żeby leczyć, kształcić i rozwijać wiedzę medyczną