



Nr sprawy: DZP.242.315.2026

Wrocław, dnia 20-07-2026 r.

Dotyczy: Realizacja usługi wzorcowania urządzeń różnych producentów w 13 pakietach w okresie 12 miesięcy

Zamawiający informuje, że wpłynęły do niego następujące pytania od Wykonawców:

Pytanie 1

Proszę o podanie punktów wzorcowania w postępowaniu DZP.242.315.2026 dla każdego z urządzeń z pakietu 13 ?

Odpowiedź :

W odpowiedzi na zapytanie dotyczące wskazania punktów wzorcowania dla urządzeń z pakietu nr 13 w postępowaniu DZP.242.315.2026. Zamawiający informuje, że wymagany zakres wzorcowania obejmuje:

Dla termohigrometrów Termik+:

wzorcowanie w 5 punktach:

10 °C / 50% RH,

20 °C / 30% RH,

20 °C / 50% RH,

20 °C / 70% RH,

30 °C / 50% RH.

Dla termometru elektronicznego Termio 1:

wzorcowanie w 3 punktach temperatury:

0 °C,

15 °C,

30 °C.

Powyższe punkty stanowią wymagany zakres realizacji usługi wzorcowania dla urządzeń objętych pakietem nr 13.

Jesteśmy po to, żeby leczyć, kształcić i rozwijać wiedzę medyczną



Pytanie 2

Czy można składać ofertę częściową, tylko na jeden z pakietów?

Odpowiedź :

Zamawiający potwierdza, że dopuszcza możliwość składania ofert częściowych.

Z upoważnienia Dyrektora
Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego
im. Jana Mikulicza – Radeckiego
we Wrocławiu

Magda Jellin
Kierownik Działu Zamówień Publicznych i Zakupów

Jesteśmy po to, żeby leczyć, kształcić i rozwijać wiedzę medyczną